

BZP/38/383-41/14

Jastrzębie-Zdrój, 16 września 2014 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro na: „Dostawy materiałów opatrunkowych oraz zestawów do cięcia cesarskiego i szycia poporodowego” DZP/38/383-41/14.

Pytanie nr 1

PAKIET NR 2

Poz. nr 2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rolce, w którym górne zabezpieczenie posiada nadrukowaną skalę w postaci kwadratów w rozmiarze 2 cm x 2 cm i przedzielone jest na ok 1/3 wysokości opatrunku? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W Pakiecie 2 pozycji 2 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty zmienia zapis:

Półprzepuszczalny przezroczysty, nie sterylny opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 10cmx10m, wyrób medyczny klasy,

który otrzymuje nowe brzmienie:

Półprzepuszczalny przezroczysty, nie sterylny opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 10cmx10m, wyrób medyczny klasy

DOPUSZCZENIE:

opatrunek w rolce, w którym górne zabezpieczenie posiada nadrukowaną skalę w postaci kwadratów w rozmiarze 2 cm x 2 cm i przedzielone jest na ok 1/3 wysokości opatrunku. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 3

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców do zamykania brzegów ran w rozmiarze 3 x 76 mm, pakowanych w opakowania a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W Pakiecie 3 pozycji 2 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty zmienia zapis:

Rozmiar: 3 mm x 75 mm, J.m.: op 5 – 6 szt., Ilość: 250,

który otrzymuje nowe brzmienie:

Rozmiar: 3 mm x 75 mm lub 3 mm x 76 mm,

J.m.: op 5 – 6 szt. lub op 3 szt

Ilość: 250 lub 415

Pytanie nr 3

PAKIET NR 7

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu anatomicznego w rozmiarze 34 x 14 cm, pakowanego w opakowania a' 30 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru oferty.

Pytanie nr 4

PAKIET NR 8

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatek opatrunkowych posiadających w swoim składzie 68 % bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych? Skład ten pozwala na sterylizację siatek oraz przekłada się na lepsze walory użytkowe produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W Pakiecie 8 pozycji 1-3 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty zmienia zapis:

1. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*
2. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*
3. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych*
2. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych*
3. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych*

Pytanie nr 5

PAKIET NR 8

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatek opatrunkowych pakowanych luzem w kartonik ułatwiający docięcie potrzebnego rozmiaru, bez konieczności wyjmowania całego opatrunku?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający pod opisem Pakietu nr 8 dopisuje zdanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatek opatrunkowych pakowanych luzem w kartonik ułatwiający docięcie potrzebnego rozmiaru, bez konieczności wyjmowania całego opatrunku.

Pytanie nr 6

PAKIET NR 9

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego, w którym serweta główna (T) nie posiada folii chirurgicznej? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru oferty.

Pytanie nr 7**PAKIET NR 9**

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia poporodowego o następującym składzie:

- 1 x serweta 2- warstwowa na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta pod pośladki 2- warstwowa 100 x 120 cm z jednym workiem na płyny
- 1 x serweta 2- warstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm
- 1 x wkładka higieniczna Samu Maxi 12 x 33 cm
- 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

LUB

- 1 x serweta 2- warstwowa na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 2 x osłona na przedramię z mankietem 50 x 50 cm
- 1 x wkładka higieniczna dla Położnicy 12 x 33 cm
- 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 20 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 16 nitek
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru oferty.

Pyt. nr 8**PAKIET NR 9**

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu pakowanego w podwójne opakowanie torba + serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu)?
Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający pod opisem Pakietu nr 9 poz. 2 dopisuje zdanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu pakowanego w podwójne opakowanie torba + serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu).

Pytanie nr 9**WZÓR UMOWY**

§ 3, ust. 5- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących stałości cen, poprzez dodanie zapisu, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostaje bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 10**WZÓR UMOWY**

§ 8, ust. 1, pkt. 1 a-b- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §8 ust. 1, pkt 1a do kwoty 10% niezrealizowanej części umowy,
- §8 ust. 1, pkt 1b do kwoty 0,5 % wartości wadliwego towaru

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 11**WZÓR UMOWY**

§ 8, ust. 1 pkt. 1 d-f- wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących dodatkowego naliczania kar umownych w przypadkach wymienionych w/w punktach. Zamawiający nałożył już kary w tych przypadkach i dodatkowe sankcje naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 12

Pakiet 7 poz. 3:

Czy Zamawiający oczekuje podkładów ginekologicznych zbudowanych z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owiniętej bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą; nadający się do sterylizacji para wodną, w rozm. 34 x 9 cm (+/- 0,5 cm) niejałowy, pakowany a 10 szt.? Czy na potwierdzenie SIWZ należy załączyć kartę danych technicznych wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru oferty.

Pytanie nr 13

Pakiet 8:

Czy Zamawiający dopuści elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowych składający się w 50% z jedwabiu poliamidowego tekstuowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W Pakiecie 8 pozycji 1-3 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty zmienia zapis:

1. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

2. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

3. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego tekstuowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego*

2. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego tekstuowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego*

3. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego tekstuowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego*

Pytanie nr 14

Pakiet 8:

Czy Zamawiający dopuści elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowych składający się w 15% z przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% poliamidowej?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W Pakiecie 8 pozycji 1-3 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty zmienia zapis:

1. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

2. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

3. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego teksturowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego lub 15% z przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85%*

2. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego teksturowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego lub 15% z przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85%*

3. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego teksturowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego lub 15% z przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85%*

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego

serweta do cesarskiego cięcia L2 z folią chirurgiczną i workiem na płyny z zaworkiem	1	320x180cm
serweta na stół instrumentalny 190cm x 150cm	1	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1	145x80cm
podkład chłonny Seni Soft Basic	1	90x60cm
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20cm
kompresy z gazy 17-nitkowej, 12W, RTG	5x10	10x10cm
serwety z gazy 17N 4W nitka RTG	6	90x75cm

+ Taśma samoprzylepna (w formie sterylnej) zostanie uwzględniona w cenie zestawu i będzie dostarczana wraz z zestawem w osobnym opakowaniu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. zestawu do cięcia cesarskiego.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 9 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do szycia poporodowego w składzie:

serweta pod pośladki z kieszenią w formie różka	1	113x90cm
pokrowiec na kończynę dolną TMS 120cm x 80cm	1	120x80cm
serweta z lamiantu TF	1	90x75cm
kompresy z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm	20	7,5x7,5cm
kompresy z gazy 17N 8W 10cm x 10cm	30	10x10cm

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. zestawu do szycia poporodowego.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu?

Ewentualna zgoda na powyższe rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej ilości konkurentów, a co za tym idzie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru oferty.

Pytanie nr 17

WZÓR UMOWY

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 18

WZÓR UMOWY

Czy Zamawiający dopuści termin płatności 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy kara wynosiła 10% niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie nr 21

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Wzoru umowy Wojewódzkiego następujący sposób:

§ 9 Postanowienia końcowe, otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9

Postanowienia końcowe

- 1. W razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów objętych niniejszą umową Wykonawca po uprzedniej zgodzie Zamawiającego może dostarczyć zamienniki tych wyrobów o nie gorszych parametrach. W takim przypadku cena wyrobów nie ulegnie zmianie.*
- 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi.*
- 3. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.*
- 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.*
- 5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 6. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.*
- 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy, dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. Postanowienie § 8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) stosuje się odpowiednio.*
- 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.*

Pytanie nr 22

Pakiet 7 poz. 3

Prosimy o wydzielenie z pakietu 7 pozycji 3 umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru oferty.

Pytanie nr 23

Pakiet 8 poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunku wykonanego z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W Pakiecie 8 pozycji 1-3 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty zmienia zapis:

1. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

2. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

3. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka*

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego teksturowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego lub 15% z przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% lub 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan).*

2. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego teksturowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego lub 15% z przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% lub 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan).*

3. *Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, wykonana z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21% **lub 74% z poliamidu i 26% elastomeru** rolka lub 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych lub 50% z jedwabiu poliamidowego teksturowanego i 50% jedwabiu poliuretanowego lub 15% z przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% lub 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan).*

Pytanie nr 24

Pakiet 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestaw do cięcia cesarskiego.

Skład zestawu:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo min. 77x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270 stopni z plastikowym sztywnikiem brzegów 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie .Serweta główna wykonana z chłonnego mocnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 62g/m², min. nieprzemakalności 160 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho min.200 kPa

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. zestawu do szycia poporodowego.

Pytanie nr 25

Pakiet 9 poz.2

Prosimy o wydzielenie z pakietu 9 pozycji 2 umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru oferty.
Dyrek

Pozostałe zapisy wzoru oferty i wzoru umowy nie ulegają zmianie.
Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi poprawioną treść Wzoru oferty i wzoru umowy.

Z poważaniem

