

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej - powtórzenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-15.19)**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.03.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w części 1 prowadniki o poniższych właściwościach:

-Prowadnik do pomiaru FFR łączący się przewodowo z systemem

Pozostałe parametry bez zmian.

Wraz z użyczeniem urządzenia do pomiaru rezerwy wieńcowej na czas trwania umowy (urządzenie jako mobilna konsola do IVUS i FFR)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 1

Prosimy o doprecyzowanie i wyrażenie zgody na dostawę i instalację aparatu będącego przedmiotem dzierżawy w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w § 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ dodaje ust. 10 o treści:

10. Celem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego aparat FFR i/lub aparat IVUS.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w części 2 sondy IVUS o poniższych właściwościach:

-elektroniczna sonda IVUS o częstotliwości 20mHz

-mechaniczna sonda IVUS o częstotliwości 45mHz

Pozostałe parametry bez zmian.

Wraz z użyczeniem urządzenia do pomiaru rezerwy wieńcowej na czas trwania umowy (urządzenie jako mobilna konsola do IVUS i FFR)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 2

Prosimy o doprecyzowanie i wyrażenie zgody na dostawę i instalację aparatu będącego przedmiotem dzierżawy w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż na niniejsze pytanie udzielił odpowiedzi w pytaniu 2.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

a) w pakiecie nr 3 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Przyrząd do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej działający na zasadzie całkowicie wchłanialnego opatrunku na bazie kolagenu

który otrzymuje brzmienie:

1. Przyrząd do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej działający na zasadzie całkowicie wchłanialnego opatrunku

b) w par. 4 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ dodaje ust. 8 o treści:

8. Wykonawca przez okres trwania umowy zapewni:

- a) aparat do cewników pomiarowych FFR (Pakiet 1) oraz aparat do cewników IVUS (Pakiet 2),
- b) opiekę serwisową i gwarancyjną aparatów wymienionych w ust. 8 lit. a).

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - „Formularz asortymentowo-cenowy”- Pakiet nr 3 po zmianach z dnia 26.03.2019 r.;
- Załącznik nr 4 do SIWZ - „Wzór umowy” po zmianach z dnia 26.03.2019 r.;

Pozostała treść SIWZ oraz załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem