



Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn: „Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo - żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Obrazowej BZP.38.383-7.18”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r., Zamawiający **wybrał oferty najkorzystniejsze** na podstawie kryterium „Cena” - 100%, a mianowicie:

Nazw pakietu	Wykonawca	Wartość netto	Wartość brutto po negocjacjach
PAKIET NR 1 - Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych 1	Balton sp. z o.o. Ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa	24 000,00 zł	25 920,00 zł
PAKIET NR 2 - Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych 2	ProCardia Medical sp. z o.o. Ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa	22 000,00 zł	23 760,00 zł
PAKIET NR 3 - Cewnik prowadzący neuroradiologiczny	Polimed sp. Z o.o. Ul. Poleczki 12 02-822 Warszawa	22 630,00 zł	24 440,40 zł
PAKIET NR 4 - Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych 3	Medtronic Poland sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa	6 000,00 zł	6 480,00 zł
PAKIET NR 5 – Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral	KNK sp. z o.o. Ul. Rakoniewicka 23 a 60-111 Poznań	4 100,00 zł	4 428,00 zł

Jednocześnie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. **odrzuca ofertę Wykonawcy:**

Stryker Polska sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

w pakiecie nr 5 – Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16 a w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy w powyższym pakiecie, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapisów Formularza oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zaoferowany przez Wykonawcę w pakiecie 5 asortyment tj. „Stryker Neurovascular Boston Scientific InZone Detachment system/M003451100950” nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Formularzu oferty, tj. nie posiada on systemu informowania dźwiękowego w momencie prawidłowego upozycjonowania spirali.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, Zamawiający podpisze w terminie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl