

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz gabinetów zabiegowych (w tym zestawów operacyjnych, sprzętu jednorazowego specjalistycznego użytku) BZP/38/383-31/16.”**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium „Cena” - 100%.

<p>Pakiet 1 – Paski testowe do oznaczeń poziomu cukru we krwi;</p> <p>Centrum zaopatrzenia Medycznego "CEZAL"S.A ul. Widna 4, 50-543 Wrocław N: 16 348,00 zł B: 17 655,84 zł</p>	<p>Pakiet nr 2 – Cewnik foleya dwudrożny z końcówką Tiemann Robusta;</p> <p>SKAMEX Sp.zo.o. Sp.K ul.Czestochowska 38/52 93-121 Łódź N: 3 180,00 zł B: 3 434,40 zł</p>
<p>Pakiet nr 3 – Maska twarzowa anestetyczna jednorazowego użytku dla dorosłych;</p> <p>MEDICAWERA Sp.zo.o. Dahlhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin N; 6900,00 zł B: 7452,00 zł</p>	<p>Pakiet nr 4 – Nakłuwacze (nożyki) do pobierania krwi u noworodków;</p> <p>BIALMED Sp. Z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11 a , 12-230 Biała Piska N: 2 480, 00 zł B: 2 678,40 zł</p>
<p>Pakiet nr 5 – Zestaw do żywienia dojelitowego;</p> <p>Centrum zaopatrzenia Medycznego "CEZAL"S.A ul. Widna 4, 50-543 Wrocław N: 13 833,00 zł B: 14 939,64 zł</p>	<p>Pakiet nr 6 – Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENLock</p> <p>Centrum zaopatrzenia Medycznego "CEZAL"S.A ul. Widna 4, 50-543 Wrocław N: 10 940,00 zł B: 11 815,20 zł</p>

<p>Pakiet nr 7 – Serwety;</p> <p>PANEP s.r.o Brnenska 1246, 66501 Rosice u Brna Republika Czeska</p> <p>PANEP s.r.o Sp.zo.o. Oddział w Polsce ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała N: 1 466,00 zł B: 1 583,28 zł</p>	<p>Pakiet nr 8 – Zestawy operacyjne I</p> <p>LOHMANN&RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice</p> <p>N: 33 455,60 zł B: 36 132,04 zł</p>
<p>Pakiet nr 9– Igła do przemywań</p> <p>Unieważniony na podstawie § 22 ust. 29 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r – brak ważnych ofert.</p>	<p>Pakiet nr 10 – Pudełka transportowe</p> <p>Unieważniony na podstawie § 22 ust. 29 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r – brak ważnych ofert.</p>
<p>Pakiet nr 11 – Przyrząd do usuwania zszywek</p> <p>Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl N: 192,78 zł B: 208,20 zł</p>	<p>Pakiet nr 12 – Ustniki plastikowe</p> <p>Unieważniony na podstawie § 22 ust. 29 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r – brak ważnych ofert.</p>
<p>Pakiet nr 13 – Laparoskopij i oprzyrządowanie</p> <p>P.P.H.U. Specjał Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 lok.5, 00-175 Warszawa N: 14 592,00 zł B: 15 759,36 zł</p>	<p>Pakiet nr 14 – Klips spirometryczny</p> <p>Unieważniony na podstawie § 22 ust. 29 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r – brak ważnych ofert.</p>
<p>Pakiet nr 15– Złącza spiralne</p> <p>ALTERIS S.A ul. Ceglana 35, 40 514 Katowice N: 1680,00 zł B: 1 814,40 zł</p>	<p>PAKIET 16 – Zestaw do iniekcji doszkliskowych</p> <p>Unieważniony na podstawie § 22 ust. 29 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r – brak ważnych ofert.</p>

Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze w terminie określonym w regulaminie udzielania zamówień, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Zamawiający w/w postępowaniu odrzuca w Pakiecie 1- Paski testowe do oznaczeń poziomu cukru we krwi-ofertę następującego Wykonawcy:

1) BIALMED Sp.zo.o., ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 15 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada ona treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający wymagał w Pakiecie 1 następujących pasków testowych do oznaczeń poziomu cukru we krwi: „Paski testowe do oznaczeń poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru. Paski testowe umożliwiają wykonywanie pomiarów glikemii w próbkach krwi kapilarnej – kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego. Zakres pomiaru: dolna granica ≥ 10 mg/dl; górna granica 600 mg/dl. Zakres przechowywania pasków w temp. Min. od w temp. 2-32 st°C. Paski testowe do glukometrów mają umożliwiać pomiary w zakresie hematokrytu równym, 20 - 70%.Automatyczne kodowanie pasków lub autokodowanie. Ponadto może posiadać funkcję „automatyczny wyrzut paska”.Na paskach testowych wykorzystywany jest enzym Oksydaza Glukozowa (GOD).Glukometry i paski testowe muszą mieć możliwość kontroli na 3 płyny kontrolne: do niskich, normalnych i wysokich wartości glikemii. Płyny dostarczane w ramach umowy. Płyny kontrolne o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta, ważny po otwarciu 6 miesięcy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach umowy glukometrów, oraz materiałów eksploatacyjnych (baterie) w ilości niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanej pracy glukometrów.

Wykonawca jest zobowiązany także w ramach umowy do wymiany zużytych lub zepsutych glukometrów.

Wymagane jest przeprowadzenie walidacji glukometrów przez producenta w ramach umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Paski do glukometru nie muszą w instrukcjach obsługi zawierać informacji o przeznaczeniu do użycia w placówkach służby zdrowia. Do oferty ma zostać dołączona instrukcja obsługi pasków i glukometrów w języku polskim lub karta informacyjna (folder) zawierająca parametry systemu w języku polskim. Numer autokodu.

Termin ważności pasków po otwarciu 6 miesięcy. Prezentacja wyników w mmol/l i zamiennie w mg/dl.”

Natomiast Wykonawca zaoferował w Pakiecie 1 Paski testowe do oznaczeń poziomu cukru we krwi:

- a) Paski testowe do glukometrów w zakresie pomiaru: dolna granica ≥ 10 mg/dl; górna granica 900 mg/dl,
- b) Paski testowe umożliwiające wykonywanie pomiarów glikemii w próbkach krwi kapilarnej – kapilara zasysająca znajduje się na boku paska testowego.
- c) Na paskach testowych wykorzystywany jest enzym Dehydrogenaza glukozy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska, nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty, co wiąże się z odrzuceniem oferty jak na wstępie.

2) Konsorcjum FARMACOL S.A (LIDER) i FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o. o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 15 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada ona treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający wymagał w Pakiecie 1 następujących pasków testowych do oznaczeń poziomu cukru we krwi: „Paski testowe do oznaczeń poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru. Paski testowe umożliwiają wykonywanie pomiarów glikemii w próbkach krwi kapilarnej – kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego. Zakres pomiaru: dolna granica ≥ 10 mg/dl; górna granica 600 mg/dl. Zakres przechowywania pasków w temp. Min. od w temp. 2-32 st°C. Paski testowe do glukometrów mają umożliwiać pomiary w zakresie hematokrytu równym, 20 - 70%.Automatyczne kodowanie pasków lub autokodowanie. Ponadto może posiadać funkcję „automatyczny wyrzut paska”.Na paskach testowych wykorzystywany jest enzym Oksydaza Glukozowa (GOD).Glukometry i paski testowe muszą mieć możliwość kontroli na 3 płyny kontrolne: do niskich, normalnych i wysokich wartości glikemii. Płyny dostarczane w ramach umowy. Płyny kontrolne o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta, ważny po otwarciu 6 miesięcy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach umowy glukometrów, oraz materiałów eksploatacyjnych (baterie) w ilości niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanej pracy glukometrów.

Wykonawca jest zobowiązany także w ramach umowy do wymiany zużytych lub zepsutych glukometrów.

Wymagane jest przeprowadzanie walidacji glukometrów przez producenta w ramach umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Paski do glukometru nie muszą w instrukcjach obsługi zawierać informacji o przeznaczeniu do użycia w placówkach służby zdrowia. Do oferty ma zostać dołączona instrukcja obsługi pasków i glukometrów w języku polskim lub karta informacyjna (folder) zawierająca parametry systemu w języku polskim. Numer autokodu.

Termin ważności pasków po otwarciu 6 miesięcy. Prezentacja wyników w mmol/l i zamiennie w mg/dl.”

Natomiast Wykonawca zaoferował w Pakiecie 1 Paski testowe do oznaczeń poziomu cukru we krwi:

- a) Paski testowe do glukometrów w zakresie pomiaru: dolna granica ≥ 20 mg/dl; górna granica 600 mg/dl,
- b) paski testowe umożliwiające pomiary w zakresie hematokrytu równym, 20 - 60%.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy Konsorcjum FARMACOL S.A (LIDER) i FARMACOL LOGISTYKA Sp.oz.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty, co wiąże się z odrzuceniem oferty jak na wstępie.

Zamawiający w/w postępowaniu odrzuca w Pakiecie 3- Maskę twarzową anestetyczną jednorazowego użytku dla dorosłych –ofertę następującego Wykonawcy:

- 1) SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 15 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada ona treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający wymagał w pakiecie 3 następującej maski twarzowej anestetycznej jednorazowego użytku dla dorosłych a mianowicie:

„Maska twarzowa anestetyczna jednorazowego użytku dla dorosłych: Rozm. 3 (średnia, damska), Rozm. 4 (duża, męska) lub Rozm. 5 - maska dla dorosłych - średnia (M) Rozm. 6 - maska dla dorosłych - duża (L); z elastycznym nienadmuchiwanym kołnierzem lub maska anestetyczna bez nadmuchiwanego mankietu w rozmiarach 1,2,3,4,5 lub maska anestetyczna twarzowa z elastycznym nienadmuchiwanym kołnierzem wykonana z polipropylenu,

pozbawiona PVC oraz szkodliwych ftalanów oraz posiadała datę ważności na przezroczystym korpusie maski, posiadał 2 rozmiary 4(5-6), 3(3-5), dla standardowych 4 ze względu na wyjątkowy kształt anatomiczny i na minimalne ciśnienie dociskowe wymagane do uszczelnienia”

Natomiast Wykonawca zaoferował Maskę twarzową anestetyczną jednorazowego użytku dla dorosłych z nadmuchiwanym kołnierzem.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty, co wiąże się z odrzuceniem oferty jak na wstępie.

2) P.P.H.U. Specjał Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok.5,00-175 Warszawa

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 15 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada ona treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający wymagał w pakiecie 3 następującej maski twarzowej anestetycznej jednorazowego użytku dla dorosłych a mianowicie:

„Maska twarzowa anestetyczna jednorazowego użytku dla dorosłych: Rozm. 3 (średnia, damska), Rozm. 4 (duża, męska) lub Rozm. 5 - maska dla dorosłych - średnia (M) Rozm. 6 - maska dla dorosłych - duża (L); z elastycznym nienadmuchiwanym kołnierzem lub maska anestetyczna bez nadmuchiwanego mankietu w rozmiarach 1,2,3,4,5 lub maska anestetyczna twarzowa z elastycznym nienadmuchiwanym kołnierzem wykonana z polipropylenu, pozbawiona PVC oraz szkodliwych ftalanów oraz posiadała datę ważności na przezroczystym korpusie maski, posiadał 2 rozmiary 4(5-6), 3(3-5), dla standardowych 4 ze względu na wyjątkowy kształt anatomiczny i na minimalne ciśnienie dociskowe wymagane do uszczelnienia”

Natomiast Wykonawca zaoferował maskę twarzową anestetyczną jednorazowego użytku dla dorosłych z nadmuchiwanym kołnierzem.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy P.P.H.U. Specjał Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok.5,00-175 Warszawa nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty, co wiąże się z odrzuceniem oferty jak na wstępie.

Zamawiający w/w postępowaniu odrzuca w Pakiecie 13- Laryngoskopy i oprzyrządowanie – ofertę następującego Wykonawcy:

1) Centrum zaopatrzenia Medycznego "CEZAL"S.A ul. Widna 4, 50-543 Wrocław

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 15 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada ona treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający wymagał w pakiecie 13 w pozycji 3 Laryngoskopu do trudnych intubacji ilości 1 sztuki, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie z dnia 06.05.2016 r w Formularzu oferty w Pakiecie 13 pozycja 3 przekreślił ilość Laryngoskopu do trudnych intubacji z 1szt., której wymagał Zamawiający, a następnie wpisał ilość 2 szt.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy Centrum zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A ul. Widna 4, 50-543 Wrocław nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty, co wiąże się z odrzuceniem oferty jak na wstępie.

Zamawiający w/w postępowaniu odrzuca w Pakiecie 8- Zestawy operacyjne I –ofertę następującego Wykonawcy:

1) PANEP s.r.o Brnenska 1246, 66501 Rosice u Brna Republika Czeska, PANEP s.r.o Sp.zo.o. Oddział w Polsce ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko - Biała

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 15 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada ona treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający wymagał w Formularzu oferty w punkcie VII szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.), z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczą natomiast Wykonawca ofercie nie dołączył w/w dokumentów do oferty

Zamawiający działając zgodnie z § 22 ust.14 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty w dniu 20.05.2016 r., o powyższe dokumenty. Natomiast Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy PANEP s.r.o Brnenska 1246, 66501 Rosice u Brna Republika Czeska, PANEP s.r.o Sp.zo.o. Oddział w Polsce ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko - Biała nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty, co wiąże się z odrzuceniem oferty jak na wstępie.

Z poważaniem

