

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch aparatów USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-33/13)

### INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch aparatów USG dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-33/14), Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nr oferty	Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę	Wartość brutto	Liczba punktów: kryterium CENA - waga 100%
2	GEMED ELIAS Sp. J. ul. Stefana Batorego 19 41-506 Chorzów	219 004,00 zł	100,00 pkt

Złożono dwie oferty, w tym jedną niepodlegającą odrzuceniu i jedną podlegającą odrzuceniu.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, nastąpi w terminie określonym na podstawie art. 94 Ustawy PZP.

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę MIRO Sp. z o.o. - ul. Floriańska 6 lok. Nr 9, 03-707 Warszawa.

#### Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

1. Wykonawca zaoferował parametr - głębokość penetracji od 0,5 do 40 cm, natomiast Zamawiający wymagał głębokości penetracji od 0 do 36 cm.
2. W załączonej do oferty specyfikacji technicznej Ultrasonograficznego Systemu Diagnostycznego F37 brakuje funkcji - wyjście HDMI do podłączenia zewnętrznego

monitora. Zaoferowany aparat posiada jedynie wyjście cyfrowe DVI. Natomiast Zamawiający wymagał wyjścia HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Z poważaniem



---

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie - Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: [szpital@wss2.pl](mailto:szpital@wss2.pl), [www.wss2.pl](http://www.wss2.pl)