

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej” BZP.38.382-36.16

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.11.2016 r. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.11.2016 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 - dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - w zakresie pakietu nr 2

Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada ekran LCD 15" o wysokiej rozdzielczość 1024x768 dpi, zawiera uchwyt do transportu oraz uniwersalny uchwyt do zamontowania na uchwycie ściennym lub na wózku. Masa kardiomonitora wynosi do 7 kg oraz posiada układ szczelności IPX1?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

2	Ekran LCD oraz wysokiej rozdzielczość min. 1024x768 dpi. Zawiera uchwyt do transportu. Zintegrowany uchwyt do powieszenia na poręczy łóżka. Waga do 5 kg. IPX1.
---	--

Na zapis:

2	Ekran LCD oraz wysokiej rozdzielczość min. 1024x768 dpi. Zawiera uchwyt do transportu. Zintegrowany uchwyt do powieszenia na poręczy łóżka. Waga do 5 kg. IPX1. Lub Monitor zawierający uchwyt do transportu oraz uniwersalny uchwyt do zamontowania na uchwycie ściennym lub na wózku. Masa monitora wynosi do 7 kg posiada układ szczelności IPX1
---	--

Pytanie nr 2 - dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - w zakresie pakietu nr 2

Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, którego pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów 5 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

8	Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów	Min. 8 dni
---	---	------------

Na zapis:

8	Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów	Min 5 dni
---	---	-----------

Pytanie nr 3 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2

Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który posiada pamięć 120 zdarzeń, wraz z parametrami numerycznymi oraz krzywą która wywołała alarm, poza tym umożliwi przegląd wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 48 godzin monitorowania?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

10	Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3 krzywych z okresu zapisanego zdarzenia.
----	---

Na zapis:

10	Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3 krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Lub monitor, który posiada pamięć 120 zdarzeń, wraz z parametrami numerycznymi oraz krzywą która wywołała alarm, poza tym umożliwia przegląd wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 48 godzin monitorowania
----	--

Pytanie nr 4 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2

Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który posiada możliwość świadomego, ręcznego ustawiania granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta, takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo pacjentowi?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

12	Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych.
----	---

Na zapis:

12	Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych Lub Monitor posiadający możliwość świadomego, ręcznego ustawiania granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta.
----	---

Pytanie nr 5 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2

Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który posiada pamięć 120 zdarzeń, wraz z parametrami numerycznymi oraz krzywą która wywołała alarm, poza tym umożliwi przegląd wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 48 godzin monitorowania?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

14	Pamięć min. 100 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu
----	---

	zdarzenia oraz z min. 3 wycinkami krzywych.
Na zapis:	
14	Pamięć min. 100 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu zdarzenia oraz z min. 3 wycinkami krzywych. lub Monitor wraz z parametrami numerycznymi oraz krzywą, która wywołała alarm, poza tym umożliwia przegląd wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 48 godzin monitorowania

Pytanie nr 6 - dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - w zakresie pakietu nr 2

Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który standardowo wyposażony jest w dwa akumulatory, których czas pracy wynosi minimum 4 godziny, posiada również wskaźnik naładowania na ekranie kardiomonitora, bez konieczności wyświetlania na akumulatorze?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

16	Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy 4 godziny w przypadku jednego akumulatora Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie oraz na akumulatorze. Możliwość rozbudowy o drugi akumulator oraz wymiany akumulatorów w trakcie działania urządzenia.
----	---

Na zapis:

16	Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy 4 godziny w przypadku jednego akumulatora Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie oraz na akumulatorze. Możliwość rozbudowy o drugi akumulator oraz wymiany akumulatorów w trakcie działania urządzenia. Lub monitor wyposażony w dwa akumulatory, których czas pracy wynosi minimum 4 godziny, posiada również wskaźnik naładowania na ekranie kardiomonitora, bez konieczności wyświetlania na akumulatorze
----	---

Pytanie nr 7 - dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - w zakresie pakietu nr 2

Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który posiada możliwość eksportu konfiguracji kardiomonitora na nośnik USB oraz posiada możliwość łatwej aktualizacji oprogramowania przez USB, natomiast wszystkie dane pacjentów (krzywe, zdarzenia, dane pacjenta) są automatycznie przekazywane do centrali pielęgniarstwa?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

18	Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość eksportu danych pacjentów zapisanych na USB oraz danych trendów. Możliwość eksportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB.
----	--

Na zapis:

18	Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość eksportu danych pacjentów zapisanych na USB oraz danych trendów. Możliwość eksportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. Lub Monitor posiadający możliwość eksportu konfiguracji kardiomonitora na nośnik USB oraz posiada możliwość łatwej aktualizacji oprogramowania przez USB, natomiast wszystkie dane pacjentów (krzywe, zdarzenia, dane pacjenta) są automatycznie przekazywane do centrali pielęgniarstwa
----	---

Pytanie nr 8 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2

Dot. V EKG pkt. 3. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast zapisu „możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J – w min. 1 monitorze”, powinien pojawić się zapis: „możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru S-T oraz położenia punktu J względem odcinka ST w monitorach”?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

3	Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J – w min. 1 monitorze
---	--

Na zapis:

3	Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru S-T oraz położenia punktu J względem odcinka ST w monitorach
---	--

Pytanie nr 9 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2

Dot. V Saturacja pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w technologii własnej producenta z zakresem pomiaru, której zbieżność ze wskazaniami technologii Nellcor lub Masimo została potwierdzona i udokumentowana w badaniach?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

1	Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Massimo lub FAST
---	--

Na zapis:

1	Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Massimo, FAST lub technologii własnej producenta z zakresem pomiaru, której zbieżność ze wskazaniami technologii Nellcor lub Masimo została potwierdzona i udokumentowana w badaniach
---	---

Pytanie nr 10 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2

Dot. V Saturacja pkt.2. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji bez funkcji opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika do min. 30 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

2	Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund
---	---

Na zapis:

2	Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund lub bez funkcji opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika do min. 30 sekund
---	---

Oraz w kolumnie „Parametr/Warunek wymagany” z zapisu:

TAK

Na zapis:

TAK/NIE

Pytanie nr 11 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2

Dot. VI Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, którego zakres ciśnienia skurczowego wynosi 40-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego 10-215 mmHg oraz zakres pomiaru pulsu wynosi 40-240 bpm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

1	Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 10-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg, Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji.
---	---

Na zapis:

1	Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 10-270 mmHg, lub 40-270 mmHg , zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg lub 10-215 mmHg , Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm lub 40-240 bpm Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji.
---	---

Pytanie nr 12 - dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - w zakresie pakietu nr 2

Dot. VII Hemodynamika pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, którego zakres ciśnienia inwazyjnego wynosi: od - 50 do + 300 mmHg, bez konieczności nakładania się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

1	Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów.
---	--

Na zapis:

1	Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. Lub zakres pomiarowy ciśnienia inwazyjnego: od - 50 do + 300 mmHg, bez konieczności nakładania się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów
---	---

Pytanie nr 13 - dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych - w zakresie pakietu nr 2

Dot. Centrala Monitorująca pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści Centralę Monitorującą, która umożliwia uruchomienie pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia, natomiast zakończenie pomiaru następuje po wykonanym pomiarze, pomiar ciśnienie posiada zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie co spowoduje automatyczne zatrzymanie pomiaru?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższych pytań, które nie spowodują obniżenia funkcjonalności oraz jakości sprzętu, nie dopuszczenie spowoduje możliwość złożenia oferty tylko jednemu producentowi, który spełnia założone w SIWZ wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:

11	Komunikacja dwukierunkowa - możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów.
----	--

Na zapis:

11	Komunikacja dwukierunkowa - możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów
----	---

<p>przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów.</p> <p>Lub</p> <p>Centrala monitorująca, która umożliwi uruchomienie pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia, natomiast zakończenie pomiaru następuje po wykonaniu pomiaru, pomiar ciśnienia posiada zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie co spowoduje automatyczne zatrzymanie pomiaru</p>
--

Pytanie nr 14 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 5 i 6 wzoru umowy w następujący sposób:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” Co następuje, zwracamy się z prośbą o dostosowanie do tej zmiany §6 ust. 6 i 7 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej wymienionego Załącznika nr 5 do SIWZ z zapisu:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię obejmującą także części zamienne, materiały eksploatacyjne wymagane do przeglądów, wymaganymi przeglądami, serwisem na okres miesięcy.¹

Na zapis:

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię obejmującą także części zamienne, materiały eksploatacyjne wymagane do przeglądów, wymaganymi przeglądami, serwisem na okres² miesięcy³.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na akcesoria dla monitorów hemodynamicznych wymienione w załączniku nr 1 do umowy, oraz⁴ miesięcznej gwarancji i rękojmi na urządzenia⁵.

Oraz

Zmienia zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2 z zapisu:

XI. Warunki gwarancji i serwisu:

¹ Okres gwarancji jest uzależniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.

² Okres gwarancji jest uzależniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.

³ Zapis dotyczy tylko pakietu nr 1

⁴ Okres gwarancji jest uzależniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.

⁵ Zapis dotyczy pakietu nr 2

1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min.24 miesiące max 36 miesięcy
<u>Na zapis:</u>	
XI.	Warunki gwarancji i serwisu:
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min.24 miesiące max 36 miesięcy. Z wyłączeniem akcesoriów dla monitorów hemodynamicznych, dla których Wykonawca udzieli 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Pytanie nr 16 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Dotyczy § 10 ust. 2.8.b) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu wzoru umowy na następujący:

„dokonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Dotyczy § 10 ust. 2.9) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. zapisu wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Dotyczy § 10 ust. 2.9) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. zapisu wzoru umowy?

Zapis powodujący, że naprawę może wykonywać podmiot do tego nieuprawniony przez producenta bez utraty gwarancji jest niespotykany. Żaden liczący się producent sprzętu medycznego, za którego bezpieczne funkcjonowanie ponosi odpowiedzialność zgodnie z zapisami dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG, nie uzna uprawnienia z gwarancji, w sytuacji gdy naprawy tego sprzętu dokonywać miałby bliżej nieokreślony podmiot nieuprawniony do tego przez wytwórcę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Dotyczy § 10 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu wzoru umowy na następujący:

„Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie, daje Zamawiającemu prawo do rozpoczęcia naliczania kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. c).”

Należy pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Dotyczy § 10 ust. 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu wzoru umowy na następujący: *„Terminy usunięcia ujawnionych wad będą określone przez Strony, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia.”*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Dotyczy § 10 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stanowiących podstawę odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Dotyczy § 12 ust. 1a-c) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości brutto sprzętu którego zwłoka dotyczy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Prosimy o usunięcie §12 ust. 1e) wzoru umowy. W połączeniu z pozostałymi punktami dotyczącymi zapłaty kar umownej, zapis ten skutkuje naliczaniem kar umownych 2 razy za to samo przewinienie (w szczególności §13 ust. 1.1), 1.2) wzoru umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z załącznika nr 1 zapisu wymagającego posiadani przez oferowane urządzenie wpisu/zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Na mocy ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2015 r. Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje, nie ma więc możliwości dokonywania do niego wpisu czy zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę załącznika nr 1 „Warunki gwarancji i serwisu” pkt 8 na następujący: „Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa , nie dłużej jak 48 godzin w dni robocze. Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia w treści SIWZ:

a) załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 2 pkt 3 z zapisu:

Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrzny

Brutto: zł /słownie:

Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrzny

Brutto: zł /słownie:

Wartość umowy ogółem:

Brutto: zł/słownie:

Na zapis:

Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrzny

	Wartość brutto
--	----------------

Monitor hemodynamiczny (4 szt)	
Centrala monitorująca (1 szt)	
Instalacja, dostawa, szkolenie	

Wartość brutto razem: zł /słownie:

Pakiet 2 - Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrzny

	Wartość brutto
Monitor hemodynamiczny (2 szt)	
Centrala monitorująca (1 szt)	
Instalacja, dostawa, szkolenie	

Wartość brutto razem: zł /słownie:

Wartość umowy ogółem:

Brutto: zł/słownie:

b) załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 15 z zapisu:

1. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiany danych kontaktowych, zmiana siedziby oraz adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.
6. Przedstawione w § 15 ust. 4 lit. a) przypadek strony udokumentują w sposób nie budzący zastrzeżeń, ustalając przy tym nowy termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
7. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron

Na zapis:

1. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiany danych kontaktowych, zmiana siedziby oraz adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron

c) załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty - część B łączna cena ofertowa z zapisu:

Pakiet 1 - Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrzny

Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	

Stawka VAT [%]	
----------------	--

- Pakiet 2 - Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego

Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

Na zapis:

Pakiet 1 - Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrznego

	Wartość brutto
Monitor hemodynamiczny (4 szt)	
Centrala monitorująca (1 szt)	
Instalacja, dostawa, szkolenie	
RAZEM	

Pakiet 2 - Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego

	Wartość brutto
Monitor hemodynamiczny (2 szt)	
Centrala monitorująca (1 szt)	
Instalacja, dostawa, szkolenie	
RAZEM	

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie pakietu nr 2 - po zmianach z dnia 29.11.2016 r.
- załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty – po zmianach z dnia 29.11.2016 r.
- załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy - po zmianach z dnia 29.11.2016 r.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl