

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia BZP/38/382-27/15

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 21.07.2015r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wprowadza do SIWZ następujące zmiany, a mianowicie dodaje dodatkowy pkt. nr 263 do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

który otrzymuje nowe brzmienie:

Urządzenie dodatkowe				
263	Strzykawka automatyczna do MR dwugłowicowa: zasilanie przewodowe 230V i/lub z akumulatora zamontowanego w strzykawce (możliwość wielokrotnego ładowania akumulatora), dotykowy pulpit sterujący, panel programowania strzykawki w sterowni, niezbędne okablowanie, statyw jezdny, możliwość napełniania wkładów środkiem kontrastowym poza pomieszczeniem, w którym znajduje się MR, czyli poza działaniem pola. Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką.	Tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE	

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
— Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 21.07.2015 r.

Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść SIWZ oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

