

BZP.38.382-9.22.19

Jastrzębie - Zdrój, 13.02.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy środków do mycia i dezynfekcji BZP.38.382-9.19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ  
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 13.02.2019 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

**Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści równoważny bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin i nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi, preparat w opakowaniu 750 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 2 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie preparatu zgodnego z SIWZ, w którym działanie bakteriobójcze i grzybobójcze osiągnięte jest w stężeniu od 0,5% w 15 minut w 20°C, a działanie na wirusy osłonkowe (włącznie z HIV, HBV, HCV) w stężeniu od 1% w 15 minut w 20°C.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 2 w poz. 4 w kolumnie „Czas działania bójczego” zmienia zapis z:

5 min.
10 min

który otrzymuje brzmienie:

15 min.
---------

10 min
<b>15 min</b>

**Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 3 poz. 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w pozycji preparatu o czasie działania bójczonego 15 min ? Wg wiedzy Oferenta wymagany przez Zamawiającego preparat działa w czasie 15 min, a nie w czasie 2 min.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 3 poz. 2**

W związku z nowelizacją badań oraz ulotek w/w preparatu prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu wykazującego działanie prątkobójcze w stężeniu 1% w czasie do 15 min oraz działanie sporobójcze w stężeniu 2% do 2 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 3 w poz. 2 w kolumnie „Stężenie roztworu %” i „Czas działania bójczonego” zmienia zapis z:

Stężenie roztworu %	Czas Działania bójczonego
do 2%	do 10 min.
1%	do 2 godz.

który otrzymuje brzmienie:

Stężenie roztworu %	Czas Działania bójczonego
<b>do 1%</b>	<b>do 15 min.</b>
<b>2%</b>	do 2 godz.

**Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy**

**§8 ust. 1c:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 100,00 złotych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 9 poz. 2**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie i określenie minimalnej gramatury gąbek w pakiecie nr 9 pozycja nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 9 w poz. 2 w kolumnie „Wymiary” zmienia zapis z:

Wymiary
20 cm x 12 cm x 0,5 cm

który otrzymuje brzmienie:

Wymiary
20 cm x 12 cm x 0,5 cm gramatura min. 100g/m <sup>2</sup>

**Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, o gramaturze 100g/m<sup>2</sup>. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8 dot. Pakietu 9 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia ciała posiadające badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9 dot. Pakietu 9 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści piankę z żelem myjącym w opakowaniu jednostkowym a'20 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem z przeliczeniem podanych ilości na 24 opakowania?

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 9 w poz. 3 w kolumnach „J.m.” i

„Ilość op.” zmienia zapis z:

Op = min 24 szt	20
-----------------------	----

który otrzymuje brzmienie:

Op = min 24 szt	20
<b>lub</b>	
<b>Op = min 20 szt</b>	<b>24</b>

**Pytanie nr 10 dot. Pakietu 3 poz. 5**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 5 i dopuści:  
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

[Odpowiedź](#)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11 dot. Pakietu 3 poz. 7**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 7 i dopuści:  
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy,

tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

[Odpowiedź](#)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie nr 12 dot. Pakietu 8 poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 8 poz. 2 i dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydybą, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, Spektrum: B, F w 15 sekund.

[Odpowiedź](#)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13 dot. Pakietu 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat o gęstości w zakresie  $\geq 1,11$  -  $\leq 1,12$  g/ml. Mając na uwadze fakt, iż gęstość preparatów chemicznych niejednorodnych nie jest wartością stałą, jest uzależniona od kilku czynników, w tym ciśnienia i temperatury, prosimy o dopuszczenie preparatu o wartości j.w., przy czym średnia gęstość ww. preparatu w temp. 20 C wynosi 1,097 g/ml, co jest zgodne z wymogami SIWZ, ponadto oferowany preparat spełniać będzie wszelkie pozostałe wymogi określone w SIWZ.

[Odpowiedź](#)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14 dot. Pakietu 5 oraz wzoru umowy**

Pakiet 5. Formularz cenowy oraz par. 6 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie wymogu odbioru zużytych opakowań. Zgodnie z ustawą z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, tj. Dz.U. z 2018r. poz. 143, która zastąpiła ustawę z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (z dniem 08.04.2011r.). oraz ustawą z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. Dz.U z 2018r. poz. 150, która zastąpiła ustawę z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z dniem 01.01.2014r.). Zamawiający nie może nałożyć na Wykonawcę w ramach wymagań związanych z realizacją powierzonego zamówienia w przypadku artykułów dostarczanych przez Wykonawcę (które nie są środkami ochrony roślin), obowiązku odbioru opakowań bądź odpadów opakowaniowych. Obowiązek zagospodarowania odpadów opakowaniowych to nie jest zwykły obowiązek, który może zostać zrealizowany przez każdy podmiot i który można przenieść na każdy inny podmiot. Realizacja tego obowiązku jest obwarowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nadzorem organów publicznych, co oznacza że nie każdy wykonawca może taki obowiązek realizować (zgodnie z prawem).

[Odpowiedź](#)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15 dot. Pakietu 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 pozycji nr 1 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Zadając to pytanie oferent ma pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego trudniejsze ze względów technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania pozycji w pakiecie. Jednak korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne, ponieważ pozwoli to na złożenie ofert większej ilości oferentom.

[Odpowiedź](#)

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16 dot. Pakietu 3 poz. 2**

Pakiet 3 poz. 2 - czy Zamawiający dopuści preparat w proszku do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni w op. 20 g z odpowiednim przeliczeniem ilości na bazie kwasu nadoctowego, bezzapachowy, o pH 8, działający na silne zabrudzenia organiczne, łatwo usuwający zaschniętą krew o działaniu wobec B, F w czasie 5 min., (aspergillus brasiliensis) w czasie 15 min., Tbc (zgodnie z EN 14348) w czasie 15 min., V (zgodnie z EN 14476) w czasie 30 min. w stęż. 2%, S zgodnie z EN 13704 w ciągu 30 min. w stęż. 1% zarejestrowany jako wyrób medyczny?



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17 dot. Pakietu 3 poz. 4**

Pakiet 3 poz. 4 - czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych związków amonowych o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papowa, polioma), S (*C. difficile*) – w czasie do 2 min.? Roztwór, którym są nasączone chusteczki nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze 50g/m<sup>2</sup> posiadają opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie 100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości) typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, wyrób medyczny kl. IIB.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18 dot. Pakietu 3 poz. 5**

Pakiet 3 poz. 5 - czy Zamawiający dopuści chusteczki gotowe do użycia nasączone alkoholem (etanolem) bez dodatku innych alkoholi i QAC do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych działające wobec B, F (*C. albicans*), Tbc (*M. terrae*, *M. avium* zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476 w czasie do 1 minuty? Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze ok 50 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie 100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości) typu flowpack z plastikowym klipssem zamykającym, wyrób medyczny kl. IIA.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19 dot. Pakietu 3 poz. 6**

Pakiet 3 poz. 6 - czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych związków amonowych o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papowa, polioma), S (*C. difficile*) – w czasie do 2 min.? Roztwór, którym są nasączone chusteczki nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze 50g/m<sup>2</sup> posiadają opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie 100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości) typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, wyrób medyczny kl. IIB.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20 dot. Pakietu 3 poz. 7**

Pakiet 3 poz. 7 - czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych związków amonowych o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papowa, polioma), S (*C. difficile*) – w czasie do 2 min.? Roztwór, którym są nasączone chusteczki nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze 50g/m<sup>2</sup> posiadają opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie 100 szt. (z

odpowiednim przeliczeniem ilości) typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, wyrób medyczny kl. IIB.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21 dot. Pakietu 3 poz. 8**

Pakiet 3 poz. 8 - czy Zamawiający dopuści preparat do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracji, na bazie etanolu, zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, niezawierający substancji zapachowych o spektrum działania B EN 13727 (łącznie MRSA), Tbc EN 14348, F (C. albicans) EN 13624, V (Adeno, Polio, Rota, Noro) EN 14476 w czasie 1 min? Środek może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, wyrób medyczny kl. IIA.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22 dot. Pakietu 1 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezyjologicznego, inkubatorów oraz innych wyrobów medycznych, zawierającego w składzie kompleks enzymatyczny (lipaza, amylaza, peoteaza), TEAD, nadwęglan sodu, inhibitory korozji oraz surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku, nie wymagający użycia aktywatora? Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B ( w tym MRSA), F (C. ALBICANS, A. brasiliensis), Tbc (M. terrae, M. Avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 2% w 15 minut. Opakowanie 1,5 kg i 6 kg z miarką dozującą. Wyrób medyczny. W cenie paski testowe.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23 dot. Pakietu 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu Chloramix DT w tabletkach na bazie dihydratu dichloroizocyjanuranu sodu, obecnie stosowanego u Zamawiającego, do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną, skutecznego wobec B, Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) - w czasie 15 minut? Produkt biobójczy. Opakowania a 300 szt. tabletek. Prosimy o wskazanie wymaganej ilości litrów roztworu roboczego celem złożenia porównywalnych ofert. Cena jednostkowa netto zostanie podana za 1 opakowanie a 300 szt. tabletek.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24 dot. Pakietu 4 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatów do antyseptycznego mycia ciała i włosów tzn. Octenisan wash lotion oraz Octenisan wash mitts, zawierające substancję antybakteryjną (oktenidynę) o potwierdzonym działaniu bójczym. Oba preparaty (płyn i rękawice) zarejestrowane jako kosmetyk. Opakowania zgodne z SIWZ.



#### Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że dopuszcza, preparaty do antyseptycznego mycia ciała i włosów tzn. Octenisan wash lotion oraz Octenisan wash mitts, zawierające substancję antybakteryjną (oktenidynę) o potwierdzonym działaniu bójczym. Oba preparaty (płyn i rękawice) zarejestrowane jako kosmetyk. Opakowania zgodne z SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 25 dot. Pakietu 4 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnym tzn. Octenisan wash lotion, zawierający substancję antybakteryjną (oktenidynę) o potwierdzonym działaniu bójczym. Preparat zarejestrowany jako kosmetyk. Opakowanie zgodne z SIWZ.

#### Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że dopuszcza, preparat do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnym tzn. Octenisan wash lotion, zawierający substancję antybakteryjną (oktenidynę) o potwierdzonym działaniu bójczym. Preparat zarejestrowany jako kosmetyk. Opakowanie zgodne z SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 26 dot. Pakietu 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydajny preparat do dezynfekcji oraz dekalcyfikacji urządzeń do hemodializy oraz stacji uzdatniania wody, zawierający kwas nadoctowy (<1%), kwas octowy (10-25%) oraz nadtlenek wodoru (5-8%), o niskim pH 1,5 oraz gęstości 1,04 g/cm<sup>3</sup>? Posiada potwierdzone działanie bójcze B, Tbc, F (drożdżobójcze) i V (Adeno, Polio) w stężeniu 3% i czasie do 10 minut. Możliwość rozszerzenia skuteczności o pełną grzybobójczą przy zwiększeniu stężenia do 4%. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 27**

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 28 dot. wzoru umowy**

Wzór umowy par. 3 ust. 2. Prosimy o doprecyzowanie, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymóg nr serii i daty ważności na dokumencie WZ dotyczy wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 29 dot. wzoru umowy**

Wzór umowy par. 4 ust. 9. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...), Wykonawca jest zobowiązany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową" poprzez zapis: "(...), Wykonawca jest

zobowiązany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową jeżeli zaległość płatnicza po stronie Zamawiającego nie przekroczy 60 dni".

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30 dot. wzoru umowy**

Wzór umowy par. 8 ust.1 lit a). Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości 8 % wartości umowy brutto (...)" na zapis: "w wysokości 8 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)".

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31 dot. wzoru umowy**

Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit c). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) nie mniej niż 100 złotych (...)" na zapis: "(...) nie mniej niż 20 złotych (...)".

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32 dot. wzoru umowy**

Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit e). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 3 % wartości umowy brutto" na zapis: "(...) w wysokości 3 % wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy".

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33 dot. wzoru umowy**

Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit f). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 1 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)".

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34 dot. wzoru umowy**

Wzór umowy par. 8. ust. 1 lit b), d), g). Prosimy o wykreślenie zapisów par. 8. ust. 1 lit b), d), e), g) gdyż są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu z możliwą szkodę dla Strony.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2 – Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów) po zmianach z dnia 13.02.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 3 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym medycznych) po zmianach z dnia 13.02.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 9 – Gąbki myjące) po zmianach z dnia 13.02.2019 r.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem