

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-10.17)**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 10.04.2017 r.  
I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 10.04.2017 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. SIWZ

Zamawiający wskazał w SIWZ, że kryterium oceny w przedmiotowym przetargu będzie m.in.:

„d) gramatura dzierżawionej odzieży chirurgicznej:

- gramatura 140 g/m<sup>2</sup> – 5 pkt,

- gramatura 130 g/m<sup>2</sup> – 3 pkt,

- gramatura 120 g/m<sup>2</sup> – 0 pkt,

e) gramatura dzierżawionej bielizny operacyjnej bawełniano-poliestrowej:

- gramatura 145 g/m<sup>2</sup> – 5 pkt,

- gramatura 135 g/m<sup>2</sup> – 3 pkt,

- gramatura 120 g/m<sup>2</sup> – 0 pkt,”

Powyższe kryteria nie uwzględniają gramatur pośrednich w pkt d) np.: 125 g/m<sup>2</sup>, 135 g/m<sup>2</sup>, 145 g/m<sup>2</sup> oraz w pkt e) np.: 125 g/m<sup>2</sup>, 130 g/m<sup>2</sup>. Kryteria w takiej postaci mogą faworyzować lub dyskryminować wykonawców ubiegających się o zamówienie. Poza tym punktacja faworyzuje asortyment w wyższej wadze, co wynika z wyższej gramatury tkaniny.

**ZAPYTANIE**

Czy Zamawiający zmieni powyższe kryteria, dodając również inne gramatury odzieży i bielizny, tak aby nie ograniczać konkurencyjności postępowania poprzez eliminację Wykonawców, świadczących usługę dzierżawy, dysponujących asortymentem wysokiej jakości o gramaturach nie ujętych w kryteriach oceny lub zrezygnuje z tych kryteriów?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w SIWZ rozdział XIII pkt. 2 ppkt. 2) lit. d), e) zmienia zapis z:

d) gramatura dzierżawionej odzieży chirurgicznej:

- gramatura 140 g/m<sup>2</sup> – 5 pkt,

- gramatura 130 g/m<sup>2</sup> – 3 pkt,

- gramatura 120 g/m<sup>2</sup> – 0 pkt,

e) gramatura dzierżawionej bielizny operacyjnej bawełniano-poliestrowej:

- gramatura 145 g/m<sup>2</sup> – 5 pkt,

- gramatura 135 g/m<sup>2</sup> – 3 pkt,

- gramatura 120 g/m<sup>2</sup> – 0 pkt,

który otrzymuje nowe brzmienie:

- d) gramatura dzierżawionej odzieży chirurgicznej:
  - gramatura od 131 do 140 g/m<sup>2</sup> – 5 pkt,
  - gramatura od 121 do 130 g/m<sup>2</sup> – 3 pkt,
  - gramatura 120 g/m<sup>2</sup> – 0 pkt,
  
- e) gramatura dzierżawionej bielizny operacyjnej bawełniano-poliestrowej:
  - gramatura od 136 do 145 g/m<sup>2</sup> – 5 pkt,
  - gramatura od 121 do 135 g/m<sup>2</sup> – 3 pkt,
  - gramatura 120 g/m<sup>2</sup> – 0 pkt,

Pytanie nr 2 dot. SIWZ

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył przed zawarciem umowy aktualną, pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia, (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia.

Informujemy, że Wykonawcy nie mają wpływu na treść opinii sanitarnej wystawianej przez SANEPID dopuszczającej pralnię do świadczenia usług dla jednostek służby zdrowia. Dokument taki dopuszcza obiekt pralniczy do świadczenia usług dla jednostek służby zdrowia, co oznacza możliwość prania całego asortymentu przekazywanego do pralni bez jego wyszczególniania.

Zasady obchodzenia się z asortymentem w obiekcie pralni regulują wewnętrzne procedury stanowiące reżim epidemiologiczny w obiekcie pralni. Procedury te są przedstawiane przedstawicielom SANPID-u podczas kontroli.

#### **ZAPYTANIE**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku, w przypadku gdy Wykonawca posiada aktualną opinię sanitarną dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 3) zmienia zapis z:

- 3) przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia;

który otrzymuje nowe brzmienie:

- 3) przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych,  bądź\*

dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia;

*\* niewłaściwe skreślić*

ponadto, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w § 2 pkt. 5 ppkt. 1) zmienia zapis z:

- 1) pralnia, w której będą świadczone usługi objęte Umową, posiada pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), na potwierdzenie czego Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej (tzn. wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia) pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie;

który otrzymuje nowe brzmienie:

- 2) pralnia, w której będą świadczone usługi objęte Umową, posiada pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowni i rozładowni odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych,  bądź  dotyczącą prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), na potwierdzenie czego Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej (tzn. wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia) pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie;

*\* niewłaściwe skreślić*

oraz, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w Załączniki do umowy: Załącznik nr 4 zmienia zapis:

Załącznik nr 4 – Dokumenty złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:

- Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykaz wyposażenia Pralni wraz z adresem,
- Wykaz środków transportu,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania higieny w Pralni.,

- opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
- deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
- aktualny dokument potwierdzający, iż producent chipów spełnia określone wymagania i wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID;
- certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstylna poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”);
- wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z:
  - a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia;
  - b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
  - c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją zgodności CE;
  - d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
  - e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
- dokumenty potwierdzające, że:
  - a) dzierżawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliestr 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
    - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
    - deklarację zgodności CE;
    - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
    - b) dzierżawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
      - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
      - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
      - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
      - deklarację zgodności CE;
      - c) dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
        - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;

wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.

[który otrzymuje nowe brzmienie:](#)

Załącznik nr 4 – Dokumenty złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:

- Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykaz wyposażenia Pralni wraz z adresem,
- Wykaz środków transportu,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej [dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowni i rozładowni odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, badź\\* dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia \(podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych\), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej \(tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej\), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,](#)

*\* niewłaściwie skreślić*

- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania higieny w Pralni.,
- opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
- deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
- aktualny dokument potwierdzający, iż producent chipów spełnia określone wymagania i wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID;
- certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstylna poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”);
- wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z:
  - f) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia;
  - g) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
  - h) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją zgodności CE;
  - i) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
  - j) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
- dokumenty potwierdzające, że:
  - b) dzierzawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:

- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliestr 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
- deklarację zgodności CE;
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
  - b) dzierzawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
- deklarację zgodności CE;
  - c) dzierzawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;

wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.

#### Pytanie nr 3 dot. SIWZ

Zamawiający określił w SIWZ parametry asortymentu, który zamierza dzierżawić od Wykonawcy przez okres świadczenia usługi pralniczej, a są to: bielizna operacyjna bawełniano – poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety), odzież chirurgiczna (bluza + spodnie) i podkłady operacyjne wysokochłonne – serwety.

#### **ZAPYTANIE**

Czy Zamawiający będzie wymagał w zakresie dzierzawionej bielizny operacyjnej aby prześcieradła, podkłady, serwety były wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>, składzie bawełna 54,6% i poliestr 44% z włóknem węglowy i będzie żądał dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego skład oraz gramaturę tkaniny, wyników badań niezależnej jednostki badawczej potwierdzających, że tkanina z której jest wykonana spełnia wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia, także po 100 cyklach prania oraz czystości cząstek stałych według normy PN-EN 13795, deklaracji CE oraz wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych?

Czy Zamawiający będzie wymagał w zakresie dzierzawionej odzieży chirurgicznej aby bluzy i spodnie były wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej antyelektrostatycznej o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>, składzie bawełna 54,6% i poliestr 44% z włóknem węglowy i będzie żądał dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego skład oraz gramaturę tkaniny oraz antyelektrostatyczność, wyników badań niezależnej jednostki badawczej potwierdzających, że tkanina z której jest wykonana spełnia wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia, także po 100 cyklach prania oraz czystości cząstek stałych według normy PN-EN 13795, deklaracji CE oraz wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych?

Czy Zamawiający będzie wymagał aby dzierzawione podkłady operacyjne wysokochłonne-serwety były wykonane z tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności do 130% i gramaturze nie przekraczającej 290 g/m<sup>2</sup> co zostanie potwierdzone w ofercie wynikami badań niezależnej jednostki badawczej?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 4 dot. SIWZ

W tabeli „Wykaz przedmiotu dzierżawy” Zamawiający wymaga dostarczenie w ramach dzierżawy fartuchów operacyjnych niebieskich w ilości 85 szt. W treści SIWZ nie występuje opis parametrów jakie mają spełnić wspomniane fartuchy operacyjne.

Czy zatem Zamawiający będzie wymagał aby były to fartuchy operacyjne barierowe wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji, wykonane na bazie dwóch tkanin, pole krytyczne tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze 135 g/m<sup>2</sup>, spełniająca wymagania normy PN-EN 13795, w polu niekrytycznym tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 54,6%, poliestru 44%, włókna węglowego 1,4%. Ilość krotności prania, suszenia i sterylizacji minimum 150 cykli? Na potwierdzenie powyższego będzie wymagane dołączenie do oferty potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 13795, potwierdzenie danych technicznych tkaniny, potwierdzenie ilości, krotności prania, suszenia i sterylizacji przez minimum 150 cykli, wpis do rejestru wyrobów medycznych i deklaracja WE?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 5 dot. SIWZ

Zamawiający w załączniku nr 1 SIWZ podał podstawowy zakres usług pralniczy jakiego oczekuje od Wykonawcy. W treści rozdziału I. pkt 9. załącznika nr 1 Zamawiający wymaga m.in. czyszczenia na sucho pozostałego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego. Natomiast w pkt 30. 2) załącznika Zamawiający wskazuje jakim wyposażeniem ma dysponować Wykonawca w celu realizacji kompleksowej usługi pralniczej. W wykazie tym nie występuje urządzenie do czyszczenia na sucho (czyszczenia chemicznego).

**ZAPYTANIE**

Mając na uwadze kompleksowość zamawianej usługi, czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca dysponował urządzeniem do czyszczenia chemicznego, działającym w technologii bezpiecznej dla ludzi i środowiska, opartej na środkach piorących posiadających certyfikat dermatologiczny, co zostanie potwierdzone przez dołączenie do oferty certyfikatu dermatologicznego oraz opisu technologii czyszczenia chemicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. I ppkt. 9 zmienia zapis z:

9. Podstawowy zakres usług pralniczych obejmuje pranie wraz z transportem bielizny pościelowej, bielizny operacyjnej, bielizny skażonej, odzieży ochronnej i roboczej pracowników, pieluch, bielizny noworodkowej i dziecięcej, koców, kołder, poduszek, materaców, pokrowców, mopów, prasowanie, maglowanie, naprawy krawieckie, dezynfekcję, czyszczenie na sucho pozostałego asortymentu nienadającego się do prania wodnego, pranie bielizny operacyjnej z dzierżawą, prowadzenie magazynów bielizny czystej i brudnej oraz transport bielizny czystej do wszystkich oddziałów /komórek organizacyjnych i brudnej z oddziałów /komórek organizacyjnych do magazynu bielizny brudnej (w tym również mieszczących się w budynku przy ul. Krasickiego 21).

który otrzymuje nowe brzmienie:

9. Podstawowy zakres usług pralniczych obejmuje pranie wraz z transportem bielizny pościelowej, bielizny operacyjnej, bielizny skażonej, odzieży ochronnej i roboczej pracowników, pieluch, bielizny noworodkowej i dziecięcej, koców, kołder, poduszek,

materaców, pokrowców, mopów, prasowanie, maglowanie, naprawy krawieckie, dezynfekcję, ~~czyszczenie na sucho pozostałego asortymentu nienadającego się do prania wodnego~~, pranie bielizny operacyjnej z dzierzawą, prowadzenie magazynów bielizny czystej i brudnej oraz transport bielizny czystej do wszystkich oddziałów/komórek organizacyjnych i brudnej z oddziałów/komórek organizacyjnych do magazynu bielizny brudnej (w tym również mieszczących się w budynku przy ul. Krasickiego 21).

#### Pytanie nr 6 dot. SIWZ

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył przy podpisywaniu umowy certyfikaty ISO 9001 i RABC 14065, jednak nie określił zakresu tych dokumentów. Mając na uwadze kompleksowość usługi objętej postępowaniem, czy Zamawiający będzie wymagał certyfikatów ISO 9001 i RABC 14065 na usługę w zakresie co najmniej prania, dezynfekcji, czyszczenia chemicznego z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych, dzierzawy pościeli i bielizny szpitalnej, transportu oraz stosowaniem technologii RFID UHF, co zostanie potwierdzone stosownymi certyfikatami dołączonym do oferty?

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 6) lit. d) zmienia zapis z:

- d) dokument potwierdzający, że pralnia posiada wdrożony system zapewnienia jakości PN EN ISO 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r), w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

#### który otrzymuje nowe brzmienie:

- d) dokument potwierdzający, że pralnia posiada wdrożony system zapewnienia jakości PN EN ISO 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r), **w zakresie co najmniej prania i dezynfekcji** w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ponadto, Zamawiający zmienia w Formularzu Oferty Załącznik nr 3 do SIWZ w pkt. 3 ppkt. 7) zmienia zapis z:

- 7) pralnia posiada/ będzie posiadać\* wdrożony system zarządzania jakością ISO PN EN 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r.)

#### który otrzymuje nowe brzmienie:

- 7) pralnia posiada/ będzie posiadać\* wdrożony system zarządzania jakością ISO PN EN 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r.), **w zakresie co najmniej prania i dezynfekcji**

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w rozdziale I pkt. 39 zmienia zapis z:

39. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu:

- dokument potwierdzający, że pralnia posiada wdrożony system zapewnienia jakości PN EN ISO 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r), w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

#### który otrzymuje nowe brzmienie:

39. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu:

- dokument potwierdzający, że pralnia posiada wdrożony system zapewnienia jakości PN EN ISO 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r), w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.



Pytanie nr 7 dot. SIWZ

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wdrożenia systemu identyfikacji RFID. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego częstotliwość radiową pracy tagów/chipów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 dot. SIWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał poprzez dołączenie do oferty potwierdzenia wynikami badań (metodyka normy 13704) skuteczności wykazanych środków dezynfekujących do prania wodnego w zakresie Clostridium perfringens i Clostridium difficile?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9 dot. SIWZ

W załączniku nr 1 do SIWZ (rozdział III. pkt 7.) Zamawiający określił wymagania dotyczące wrzutni na brudną odzież operacyjną. Wrzutnia ma zostać umieszczona w pomieszczeniu służy na brudną bieliznę. Pomieszczenie do posiada ograniczenia związane z powierzchnią co powoduje, ograniczenia dotyczące montażu wrzutni z wózkiem, opróżnianej przez boczny panel. Drzwi boczne nie będą się otwierać.

**ZAPYTANIE**

Czy w związku z ograniczoną powierzchnią pomieszczenia Zamawiający dopuści wrzutnię wolnostojącą, wyposażoną w system informujący o jej zapelnieniu, posiadającą ekran dotykowy informujący o wykonanych czynnościach w języku polskim, działającą w oparciu o system RFID oraz zapewniającą po sczytaniu oddanego asortymentu automatyczne odnowienie limitu odzieży o ilości i asortyment, który został oddany przez użytkownika, posiadającą możliwości rozładunku przez przedni panel?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. III ppkt. 7) zmienia zapis z:

7) wymagania dotyczące wrzutni:

- wolnostojąca;
- mieszcząca nie mniej niż 300 pozycji asortymentowych;
- musi być wyposażona w system informujący o jej zapelnieniu;
- ekran dotykowy informujący o wykonywanych czynnościach w języku polskim;
- musi działać w oparciu o system RFID;
- odzież brudna oddana do wrzutni jest sczytywana i przy pomocy nadmuchu powietrza transportowana do umieszczonego wewnątrz urządzenia wózka; po sczytaniu oddanego asortymentu limit odzieży zostaje uzupełniony automatycznie o ilości i asortyment, który został oddany przez użytkownika; wózek może być wyjmowany z urządzenia jedynie przez boczny panel;

który otrzymuje nowe brzmienie:

7) wymagania dotyczące wrzutni:

- wolnostojąca;
- mieszcząca nie mniej niż 300 pozycji asortymentowych;

- musi być wyposażona w system informujący o jej zapelnieniu;
- ekran dotykowy informujący o wykonywanych czynnościach w języku polskim;
- musi działać w oparciu o system RFID;
- odzież brudna oddana do wrzutni jest skanowana i przy pomocy nadmuchu powietrza transportowana do umieszczonego wewnątrz urządzenia wózka; po skanowaniu oddanego asortymentu limit odzieży zostaje uzupełniony automatycznie o ilości i asortyment, który został oddany przez użytkownika; wózek może być wyjmowany z urządzenia jedynie przez [przedni](#) panel;

#### Pytanie nr 10 dot. SIWZ

Zamawiający w tabeli „Wykaz przedmiotu dzierżawy” określił wymiary serwet operacyjnych niebieskich w pozycjach 4, 5, 6 na 90x90 cm oraz serwet zielonych w pozycji 4 na 90x90 cm. Czy Zamawiający dopuści inny wymiary serwet wymienionych powyżej, np. 75x90 cm?

#### Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

#### Pytanie nr 11 dot. SIWZ

Zamawiający wymaga do Wykonawcy wdrożenia systemu identyfikacji RFID. Czy Zamawiający wymaga w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń wtórnych aby tagi – chipy pracowały zgodnie z systemem RFID UHF co pozwoli na jednoczesne skanowanie min. 400 szt. przekazywanego asortymentu ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. III ppkt. 3) w przypisie <sup>5</sup> zmienia zapis z:

<sup>5</sup> Ponadto Zamawiający informuje, że aktualnie 80% bielizny i odzieży szpitalnej będącej jego własnością posiada trwałe oznakowanie przy pomocy technologii UHF.

#### który otrzymuje nowe brzmienie:

<sup>5</sup> Ponadto Zamawiający informuje, że aktualnie 80% bielizny i odzieży szpitalnej będącej jego własnością posiada trwałe oznakowanie przy pomocy technologii UHF [w sytuacji gdy Wykonawca zastosuje inną technologię niż UHF wówczas zmieni w terminie wdrożenia systemu, dotychczasowe oznakowanie bielizny i odzieży Szpitalnej Zamawiającego w celu uzyskania pełnej kompatybilności z wdrażanym systemem.](#)

#### Pytanie nr 12 dot. SIWZ

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu dołączenia do oferty wyników badań na wyrobach gotowych poświadczającego spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia i przenikania cząstek stałych-dotyczy odzieży chirurgicznej i podkładów operacyjnych wysokochłonnych oraz bielizny operacyjnej ( prześcieradła , podkłady, serwety).

Nasza firma oferuje powyższy asortyment wykonany z tkanin, które posiadają raporty z badań wydane przez NIEZALEŻNE LABORATORIA, które potwierdzają spełnienie przez surowce parametru pylenia jak i czystości cząstek stałych.

Logicznym zatem jest, że skoro tkanina wykorzystywana do produkcji odzieży i obłożeń operacyjnych spełnia wyżej wymienione parametry, to i asortyment produkowany z nich również.

#### Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 13 dot. SIWZ

Prosimy o dopuszczenie odzieży chirurgicznej ( bluzy+ spodnie) z tkaniny w kolorze bordowym zamiast czerwonym.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. II ppkt. 4 w tabeli – Wykaz Przedmiotu Dzierżawy zmienia zapis z:

13.	Bluza + spodnie (komplet czerwony)	M	52 Centralna Sterylizacja
-----	------------------------------------	---	---------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

13.	Bluza + spodnie (komplet czerwony lub bordowy)	M	52 Centralna Sterylizacja
-----	--	---	---------------------------------

Pytanie nr 14 dot. SIWZ

Czy zamawiający wyrazi zgodę, żeby fartuch operacyjny barierowy wykonany był w strefie krytycznej z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze 135 g/m<sup>2</sup> spełniającej WSZYSTKIE wymagania normy PN-EN 13795 1-3 dla fartuchów standardowego ryzyka również po 150 cyklach prania (potwierdzone raportem z badań z niezależnego laboratorium). W strefie mniej krytycznej użyta będzie tkanina poliestrowo-bawełniana z dodatkiem włókien węglowych o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>, składzie surowca CO54,6% PES44% CF1,4% o wysokich właściwościach chłonnych i wysokiej przepuszczalności powietrza i pylenia na poziomie poniżej 4,0 Log10 (lint Mount) RÓWNIEŻ PO 100 CYKLACH PRANIA potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15 dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuści podkłady operacyjne wysokochłonne wykonane z tkaniny poliestrowej o gramaturze 217 g/m<sup>2</sup> i poziomie chłonności 130%?

Tkanina użyta do produkcji serwet posiada badania wydane przez niezależne laboratorium potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia i czystości cząstek stałych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16 dot. SIWZ

Zamawiający wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ, Ze Wykonawca ma dostarczyć nowe urządzenia do odbierania i wydawania czystych kompletów operacyjnych wyprodukowana w 2016 r.

Czy Zamawiający dopuści urządzenia wyprodukowane w 2015 r, przechowywane w magazynie producenta do momentu sprzedaży , np. w 2017 r?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt.

III ppkt. 6) lit. b) zmienia zapis z:

b) Wykonawca dostarczy nowe urządzenia (rok produkcji 2016) służące do odbierania brudnych i wydawania czystych kompletów operacyjnych i zainstaluje je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenia te Wykonawca wstawi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w Szatni Bloku Operacyjnego (dokładną lokalizację przedstawia rysunek poniżej).

który otrzymuje nowe brzmienie:

b) Wykonawca dostarczy nowe urządzenia (rok produkcji **od 2015**) służące do odbierania brudnych i wydawania czystych kompletów operacyjnych i zainstaluje je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenia te Wykonawca wstawi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w Szatni Bloku Operacyjnego (dokładną lokalizację przedstawia rysunek poniżej).

Pytanie nr 17 dot. SIWZ

Zamawiający w rozdziale V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt.1. ppkt. 3 zapisał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz posiadający odpowiednie doświadczenie, tj:

"Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem poprzez wykazanie minimum 1 (jednej) usługi\* podobnej do objętej przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat poprzedzających termin składania ofert. Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę obejmującą świadczenie usług pralniczych na terenie placówki ochrony zdrowia, prowadzącej leczenie stacjonarne, dysponującej co najmniej 550 łózkami. Wykonawca wykaże ciągłość świadczenia usługi w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy i wartości usługi w 1 (jednym) miesiącu (w każdym z 6 miesięcy) wyniosła minimum 60 000 zł brutto."

Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego warunku i uzna go za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje szpitala, dla którego świadczy usługę zgodną z przedmiotem zamówienia, który posiada 464 łóżka, a wartość usługi w każdym z 6 miesięcy nie jest niższa niż 60 000 zł brutto przy średniej za każdy miesiąc nie niższej niż 70 000 zł brutto. Uzasadniając powyższe uważam, że Wykonawca, który świadczy usługę dla szpitala, który dysponuje 464 łózkami, a wartość usługi jest wyższa od wymaganej, posiada nie mniejsze doświadczenie niż Wykonawca świadczący usługę dla szpitala dysponującego 550 łózkami. Uważam, że o jakości wykonywanej usługi nie świadczy ilość łóżek, a wieloletnie doświadczenie. Jednocześnie taka zmiana zapisu spowoduje zwiększenie konkurencji i zmniejszy cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w SIWZ rozdział V pkt. 1 ppkt. 3) zmienia zapis z:

3) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada **wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem poprzez wykazanie minimum 1 (jednej) usługi** podobnej do objętej przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat poprzedzających termin składania ofert. Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę obejmującą świadczenie usług pralniczych na terenie placówki ochrony zdrowia, prowadzącej leczenie stacjonarne, dysponującej co najmniej **550 łózkami**. Wykonawca wykaże ciągłość świadczenia usługi w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy i wartości usługi w 1 (jednym) miesiącu (w każdym z 6 miesięcy) wyniosła minimum **60 000 zł brutto**.

który otrzymuje nowe brzmienie:

3) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada **wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem poprzez wykazanie minimum 1 (jednej) usługi** podobnej do objętej przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat poprzedzających termin składania ofert. Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę obejmującą świadczenie usług pralniczych na terenie placówki ochrony zdrowia, prowadzącej leczenie stacjonarne, dysponującej co najmniej **450 łózkami**. Wykonawca wykaże ciągłość świadczenia usługi w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy i wartości usługi w 1 (jednym) miesiącu (w każdym z 6 miesięcy) wyniosła minimum **60 000 zł brutto**.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a lit. 2) Ustawy Pzp. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr. 2017/S 055-102042.

#### Pytanie nr 18 dot. SIWZ

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczających spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz przenikania cząstek stałych. Nie istnieje żadne merytoryczne uzasadnienie, by żądać badań wykonanych na gotowym wyrobie. Tkanina, z której wykonane są wyroby, nie podlega podczas ich produkcji żadnym dodatkowym procesom chemicznym ani termicznym, które mogłyby zmienić jej właściwości. Ponadto chcielibyśmy również zauważyć, iż ze względu na ograniczone możliwości gabarytowe aparatury, do badań laboratoryjnych pobierane są próbki reprezentacyjne tkanin. Nie są laboratoryjnie badane wyroby gotowe, co najwyżej próbki tkanin pobrane z wyrobów gotowych.

Czy Zamawiający wymaga zatem załączenia do oferty wyników badań na zgodność z normą PN-EN 13795 wykonanych na tkaninach, z których wykonane są wyroby gotowe?

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w rozdziale II pkt. 6) ppkt. 2) usuwa zapis:

- 1) kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
- 2) wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia,
- 3) wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
- 4) deklarację zgodności WE.

#### który otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
- 2) wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
- 3) deklarację zgodności WE.

oraz, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w Załączniki do umowy: Załącznik nr 4 zmienia zapis:

Załącznik nr 4 – Dokumenty złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:

- Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykaz wyposażenia Pralni wraz z adresem,
- Wykaz środków transportu,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej **dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,**

posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowni i rozładowni odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź\* dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,

\* niewłaściwe skreślić

- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania higieny w Pralni.,
- opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
- deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
- aktualny dokument potwierdzający, iż producent chipów spełnia określone wymagania i wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID;
- certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstylna poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”);
- wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z:
  - k) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia;
  - l) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
  - m) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją zgodności CE;
  - n) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
  - o) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
- dokumenty potwierdzające, że:
  - c) dzierżawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:
- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, **czystości pod względem** cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
- deklarację zgodności CE;
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
- b) dzierżawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:

- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
- deklarację zgodności CE;
- c) dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;

który otrzymuje nowe brzmienie:

Załącznik nr 4 – Dokumenty złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:

- Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykaz wyposażenia Pralni wraz z adresem,
- Wykaz środków transportu,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej **dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się białej bielizny z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź\*** dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania białej bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,

\* *niewłaściwie skreślić*

- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu białej bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- instrukcje/procedury postępowania z białą i brudną w Pralni i plan utrzymania higieny w Pralni.,
- opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji białej bielizny;
- deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
- aktualny dokument potwierdzający, iż producent chipów spełnia określone wymagania i wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID;
- certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej białej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstylna poddawana obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”);
- wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z:
  - p) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia;

- q) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
  - r) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją zgodności CE;
  - s) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
  - t) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
- dokumenty potwierdzające, że:
- d) dzierżawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliestr 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
    - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, **czystości pod względem** cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
    - deklarację zgodności CE;
    - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
  - b) dzierżawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
    - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
    - deklarację zgodności CE;
  - c) dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;

#### Pytanie nr 19 dot. SIWZ

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników badań poświadczających spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz przenikania cząstek stałych. W normie, na którą powołuje się Zamawiający, wymienione są takie parametry jak:

- odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho,
  - czystość mikrobiologiczna,
  - czystość pod względem cząstek stałych,
  - pylenie,
  - wytrzymałość na wypychanie na sucho,
  - wytrzymałość na rozciąganie na sucho
- oraz dodatkowo dla prześcieradeł, podkładów i serwet:
- odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro,
  - odporność na przenikanie cieczy
  - wytrzymałość na wypychanie na mokro,
  - wytrzymałość na rozciąganie na mokro.

Norma nie przewiduje zatem takiego parametru jak przenikanie cząstek stałych.

Biorąc pod uwagę poziom bezpieczeństwa, jaki powinny zapewnić prześcieradła, podkłady, serwety oraz bluzy i spodnie, Zamawiający powinien wymagać pełnej zgodności z normą PN-EN 13795 dla dzierżawionej bielizny. Spełnienie wszystkich parametrów opisanych w normie zagwarantowałoby Zamawiającemu otrzymanie w leasingu wyrobów najwyższej jakości.



Czy Zamawiający, dbając o poziom bezpieczeństwa oraz jakość dostarczanej bielizny, wymaga aby dzierżawione prześcieradła, podkłady, serwety oraz bluzy i spodnie były w pełni zgodne z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w rozdziale II pkt. 5) ppkt. 2) zmienia zapis z:

2) dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych;

który otrzymuje nowe brzmienie:

2) dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych;

ponadto, w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 8) lit. a) zmienia zapis z:

a) dzierżawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:

- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliestr 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnienie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
- deklarację zgodności CE;
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;

który otrzymuje nowe brzmienie:

a) dzierżawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:

- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliestr 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnienie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
- deklarację zgodności CE;
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;

oraz, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w Załączniki do umowy: Załącznik nr 4 zmienia zapis z:

Załącznik nr 4 – Dokumenty złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:

- Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykaz wyposażenia Pralni wraz z adresem,
- Wykaz środków transportu,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej **dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowni i rozładowni odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź\*** dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),

prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,

*\* niewłaściwe skreślić*

- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania higieny w Pralni.,
- opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
- deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
- aktualny dokument potwierdzający, iż producent chipów spełnia określone wymagania i wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID;
- certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstylna poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”);
- wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z:
  - a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia;
  - b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
  - c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją zgodności CE;
  - d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
  - e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
- dokumenty potwierdzające, że:
  - a) dzierzawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
    - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
    - deklarację zgodności CE;
  - b) dzierzawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
    - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;

- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
- deklarację zgodności CE;
- c) dzierzawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;
- wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Załącznik nr 4 – Dokumenty złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:

- Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykaz wyposażenia Pralni wraz z adresem,
- Wykaz środków transportu,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej **dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowni i rozładowni odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, badz\*** dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,

*\* niewłaściewskreślić*

- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania higieny w Pralni.,
- opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
- deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
- aktualny dokument potwierdzający, iż producent chipów spełnia określone wymagania i wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID;
- certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstylnia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”);
- wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z:
  - a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia;
  - b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;

- c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją zgodności CE;
  - d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
  - e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
- dokumenty potwierdzające, że:
- a) dzierżawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliestr 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
    - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, **czystości pod względem** cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
    - deklarację zgodności CE;
    - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
  - b) dzierżawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
    - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
    - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
    - deklarację zgodności CE;
  - c) dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;
    - wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.

w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 8) lit. a) zmienia zapis z:

- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,

który otrzymuje nowe brzmienie:

- wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, **czystości pod względem** cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,

Pytanie nr 20 dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuści odzież chirurgiczną – bluzy i spodnie bez włókna węglowego? Zamawiający wymaga odzieży z dużą zawartością bawełny, dzięki czemu odzież się nie elektryzuje, a temu właśnie służy włókno węglowe.

Odpowiedź:

## Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 8) lit. c) zmienia zapis z:

c) dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:

- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;
- wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.

### który otrzymuje nowe brzmienie:

c) dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:

- kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;
- ~~— wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.~~

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w rozdziale II pkt. 7) zmienia zapis z:

7. Dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety muszą być nowe i posiadać:

- 1) dokumentację potwierdzającą wykonanie z tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;
- 2) wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych.

### który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety muszą być nowe i posiadać:

- dokumentację potwierdzającą wykonanie z tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;
- ~~2) wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych.~~

oraz, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w Załączniki do umowy: Załącznik nr 4 zmienia zapis z:

Załącznik nr 4 – Dokumenty złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:

- Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykaz wyposażenia Pralni wraz z adresem,
- Wykaz środków transportu,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej **dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się białizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowni i rozładowni odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, badź** \*dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania białizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej

żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,

\* *niewłaściwie skreślić*

- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania higieny w Pralni.,
- opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
- deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
- aktualny dokument potwierdzający, iż producent chipów spełnia określone wymagania i wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID;
- certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstylna poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”);
- wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z:
  - a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia;
  - b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
  - c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją zgodności CE;
  - d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
  - e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
- dokumenty potwierdzające, że:
  - a) dzierzawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliestr 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
    - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, **czystości pod względem** cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
    - deklarację zgodności CE;
    - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
  - b) dzierzawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
    - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
    - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
    - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,

- deklarację zgodności CE;
- c) dzierżawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
  - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;
  - wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Załącznik nr 4 – Dokumenty złożone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:

- Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Wykaz wyposażenia Pralni wraz z adresem,
- Wykaz środków transportu,
- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej **dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się białej bielizny z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź\*** dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania białej szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,

*\*niewłaściwe skreślić*

- poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu białej czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
- instrukcje/procedury postępowania z białą czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania higieny w Pralni.,
- opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji białej;
- deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
- aktualny dokument potwierdzający, iż producent chipów spełnia określone wymagania i wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID;
- certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej białej szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstylna poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”);
- wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia wraz z:
  - a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia;
  - b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
  - c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją zgodności CE;

- d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
- e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
  - dokumenty potwierdzające, że:
    - a) dzierzawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) posiada:
      - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna 65% i poliestr 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
      - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, **czystości pod względem** cząstek stałych, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
      - deklarację zgodności CE;
      - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
    - b) dzierzawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
      - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
      - wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
      - wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą,
      - deklarację zgodności CE;
    - c) dzierzawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
      - kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m<sup>2</sup>;
      - ~~wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą.~~

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- SIWZ po zmianach z dnia 10.04.2017 r.,
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 10.04.2017 r.,
- Formularz Oferty po zmianach z dnia 10.04.2017 r.,
- Wzór Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 10.04.2017 r.,

Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Ponadto, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 12a ust. 2 lit. 1) termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

