

Jastrzębie - Zdrój, 18.01.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-1.17**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.01.2017 r. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.01.2017 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 35 manometr z zakresem pomiaru od 0 do 100 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 35, z zapisu: Manometr do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach rurek dotchawicznych, w komplecie wyposażona w długie, elastyczne przewody, skala pomiaru ciśnienia w cm / H₂O, zakres pomiaru od 0 do 120 mm H₂O

na zapis:

Manometr do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach rurek dotchawicznych, w komplecie wyposażona w długie, elastyczne przewody, skala pomiaru ciśnienia w cm / H₂O, **zakres pomiaru od 0 do 100-120 mm H₂O**

Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 30, pozycja 3:

Jaką dętkę ma posiadać mankiet latex czy PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 30, z zapisu:

3.	Ciśnieniomierz naramienny zegarowy z długim (zawijanym a nie na rzep) mankietem o wymiarze standardowym – (24÷35cm) dla dorosłych wraz ze stetoskopem, stetoskop osobno nie wbudowany,
----	--

Na zapis:

3.	Ciśnieniomierz naramienny zegarowy z długim (zawijanym a nie na rzep) mankietem o wymiarze standardowym – (24÷35cm) dla dorosłych wraz ze stetoskopem, stetoskop osobno nie wbudowany, mankiet z latexową dętką,
----	---

Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 60, pozycja 1,2,3,4,5,6:

Dętki mają być z latexu czy PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:

Lp.	Nazwa towaru
1.	Dętka 2 - przewodowa,
2	Dętka 1 - przewodowa
3	Detka z mankietem popelinowym(kpl) 1-przewodowa na rzep,
4	Detka z mankietem popelinowym(kpl) 2-przewodowa na rzep,
5	Detka z mankietem popelinowym dla otyłych (kpl) 2 - przewodowa na rzep,
6	Detka z mankietem popelinowym dla otyłych (kpl) 1 - przewodowa na rzep,

Na zapis:

Lp.	Nazwa towaru
1.	Dętka 2 - przewodowa, dętka z latexu,
2	Dętka 1 - przewodowa dętka z latexu,
3	Detka z mankietem popelinowym(kpl) 1-przewodowa na rzep, dętka z latexu,
4	Detka z mankietem popelinowym(kpl) 2-przewodowa na rzep, dętka z latexu,
5	Detka z mankietem popelinowym dla otyłych (kpl) 2 - przewodowa na rzep, dętka z latexu,
6	Detka z mankietem popelinowym dla otyłych (kpl) 1 - przewodowa na rzep, dętka z latexu,

Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 60, pozycja 7:

Balonik ma być z latexu czy PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:

7	Balonik z zaworem tylnym
---	--------------------------

Na zapis:

7	Balonik z PCV , z zaworem tylnym,
---	--

Pytanie 5 - dotyczy pakietu nr 60, pozycja 10:

Mankiet ma być z dętka, czy bez żełzi z dętka czy ma być latex czy PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:

10	Mankiet popelinowy zawijany
----	-----------------------------

Na zapis:

10	Mankiet popelinowy zawijany, bez dętki
----	---

Pytanie 6 - dotyczy pakietu nr 60, pozycja 14:

Mankiet dziecięcy jaki ma być rozmiar dętka ma być z latexu czy PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:

14	Mankiet dziecięcy
----	-------------------

Na zapis:

14	Mankiet dziecięcy, dętka z latexu, komplet składający się z 3 rozmiarów
----	--

Pytanie 7 - dotyczy pakietu nr 60, pozycja 14:

Mankiety dziecięce występują w kpl po 3 szt czy maja być policzone kpl czy sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:

14	Mankiet dziecięcy	Szt	15
----	-------------------	-----	----

Na zapis:

14	Mankiet dziecięcy	Kpl	5
----	-------------------	-----	---

Pytanie 8- dotyczy pakietu nr 60, pozycja 3,4,5,6,10:

Czy zamawiający dopuści mankiet polipropylenowy który jest trwalszy i może być dezynfekowany?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:

3	Dętka z mankiem popelinowym lub mankiem polipropylenowym, (kpl), 1-przewodowa na rzep, dętka z latexu,
4	Detka z mankiem popelinowym lub mankiem polipropylenowym (kpl) 2-przewodowa na rzep, dętka z latexu,
5	Detka z mankiem popelinowym dla otyłych lub mankiem polipropylenowym (kpl) 2 – przewodowa na rzep, dętka z latexu,
6	Detka z mankiem popelinowym lub mankiem polipropylenowym dla otyłych (kpl) 1 – przewodowa na rzep, dętka z latexu,
10	Mankiet popelinowy lub mankiet polipropylenowy, zawijany, bez dętki,

Pytanie 9 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści mankiet o rozmiarze 25-35cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1,2,3:

Czy Zamawiający wymaga aby mankiety były wolne od lateksu i od PVC (DHCP)? Czy takie oznaczenia mają być umieszczone na mankietach?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, dodając następujący zapis pod tabelą:

UWAGA:

Wszystkie mankiety wolne od lateksu, takie oznaczenie może być umieszczone na asortymencie.

Pytanie 11 – dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści czujnik SpO2 o długości 3m zakończony wtykiem do aparatu Oxypleth?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 32.

Pytanie 12 – dotyczy pakietu 10 poz. 1, pakietu nr 12 poz. 2, pakietu 48 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zestawu 5 odprowadzeń o długości 1,0/1,6m (3 odprowadzenia :kolory: czerwony, żółty, biały – długość 1m, 2 odprowadzenia kolory: zielony, czarny – długość 1,6m)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13 – dotyczy pakietu 18 poz. 3:

Czy Zamawiający w pakiecie 18, pozycja nr 3 miał na myśli łyżki do laryngoskopu z oświetleniem żarówkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ - tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 18, z zapisu:

3.	Stalowe łyżki wielorazowego użytku typu Mackintosh do laryngoskopu standardowego
----	--

Na zapis:

3.	Stalowe łyżki wielorazowego użytku typu Mackintosh do laryngoskopu standardowego o oświetleniu żarówkowym
----	---

Pytanie 14 - dotyczy pakietu 23 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 23 w pozycji 1 łyżkę do laryngoskopu w rozmiarze 3 i 4?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15 - dotyczy pakietu 23 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 23 w pozycji 2 łyżkę do laryngoskopu w rozmiarze 3 i 4?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16 - dotyczy pakietu 43 poz. 2

Ze względu na zmianę końcówek połączeniowych w mankietach do NIBP prosimy o dopuszczenie mankietów z tzw. łamanym (tulipanowym) złączem. Mankiety w pełni są kompatybilne z kardiomonitarami typu Delta, zarówno za pośrednictwem „nowego” kabla ze złączem tulipanowym, jak również „starego” kabla z tzw. szybkozłączem - w tym przypadku należy zastosować adapter. Poniżej, na przykładzie mankieta wielorazowego, zobrazowany typ złącza. Identyczne rozwiązanie zastosowane jest w mankietach jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ - tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 43, z zapisu:

2	Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, złącze Luer Slip do monitora Infinity Delta firmy Dräger, w 1 op - 10 szt. Rozmiar: XS 12-19 cm S 17-25 cm M 23-33 cm L 31-40 cm (w zależności od potrzeb Zamawiającego)
---	--

Na zapis:

2	<p>Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, złącze tzw. Łamane (tulipanowe) z możliwością podłączenia adaptera do monitora Infinity Delta firmy Dräger, w 1 op - 10 szt.</p> <p>Rozmiar: XS 12-19 cm S 17-25 cm M 23-33 cm L 31-40 cm</p> <p>(w zależności od potrzeb Zamawiającego)</p>
---	---

Pytanie 17 – dotyczy pakietu 9, pozycja 1,2:

Prosimy o podanie czy czujnik ma być z kablem 0,9 m czy 3 m?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 9, z zapisu:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO ₂ do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek,
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO ₂ do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek,

Na zapis:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO ₂ do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO ₂ do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m

Pytanie 18 – dotyczy pakietu 11 pozycja 1,3,4,6,7,8:

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 3, 4, 6, 7, 8 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19 – dotyczy pakietu 18, pozycja 2:

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20 – dotyczy pakietu 20

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości zamienników produkcji niemieckiej lub amerykańskiej

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 20, z zapisu:

1.	Sensor tlenowy do: - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS, - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro, - respiratora Evita Dura 2, - respiratora Evita XL, - respiratora Babylog 8000 firmy Dräger ORYGINAŁ
----	---

Na zapis:

1.	Sensor tlenowy do: - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS, - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro, - respiratora Evita Dura 2, - respiratora Evita XL, - respiratora Babylog 8000 firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z aparaturą firmy Dräger
----	---

Pytanie 21 – dotyczy pakietu 26, pozycja 1,2

Prosimy o dopuszczenie kabla głównego o długości 3 m oraz odprowadzeń o długości 0,95 cm

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść

Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 26, z zapisu:

1.	Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o długości 3,6 m + odprowadzenia o dł. 130 cm. Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
2.	Kabel EKG trójżyłowy do monitora Dash 3000, kabel główny o dł. 3,6 m + odprowadzenia o dł. 130cm. Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

Na zapis:

1.	Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 95 cm - 130 cm . Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
2.	Kabel EKG trójżyłowy do monitora Dash 3000, kabel główny o dł. 3- 3,6 m + odprowadzenia o dł. 95 - 130cm . Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

Pytanie 22 – dotyczy pakietu nr 29, pozycja 1,2

Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o czujnik z krótkim przewodem 0,9 m czy o czujnik i adapter?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść

Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 29, z zapisu:

1.	Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem/przedłużką i adaptera/ przedłużką min. 2 m do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
2.	Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem przedłużką i adaptera / przedłużką min. 2 m, do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki klips na palec dla dorosłych

Na zapis:

1.	Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii o długości 3 m do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
2.	Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii o długości 3 m do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki klips na palec dla dorosłych

Pytanie 23 – dotyczy pakietu 40

Poz. 1 i 2

Prosimy o podanie jakie moduły posiada Zamawiający w monitorze VS800 (Masimo czy Nellcor czy Nellcor Oximax)?

Poz. 3 i 4

Prosimy o podanie jakie moduł posiada Zamawiający w monitorze PM8000 (Masimo czy Nellcor czy Nellcor Oximax)?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 40, dodając następujący zapis pod tabelą:

UWAGA:

Urządzenia działają w technologii Nellcor

Pytanie 24 – dotyczy pakietu 41, pozycja 2,4

Prosimy o dopuszczenie zamienników w systemie Mindray (VS/Euro)

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 41 z zapisu:

1.	Przewód główny EKG trójżyłowy do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY
2.	Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego oryginalnego do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra. Przewody oryginalne. 3 odprowadzeniowe
3.	Przewód główny EKG trójżyłowego kompatybilnego z kardiomonitorami PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY
4.	Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego oryginalnego do kardiomonitora PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra Przewody oryginalne.

Na zapis:

1.	Przewód główny EKG trójżyłowy do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY
2.	Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra. Przewody 3 odprowadzeniowe

3.	Przewód główny EKG trójżyłowego kompatybilnego z kardiomonitorami PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY
4.	Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego do kardiomonitora PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

i dodaje następujący zapis pod tabelą:

UWAGA:

Przewody oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego

Pytanie 25 – dotyczy pakietu 43, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie mankietów jednorazowych w następujących rozmiarach:

XS: 12,4-16,8 cm, S: 15,8-21,3 / 20-27, M: 25,3-34,3, L: 33-47 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26 – dotyczy pakietu 47, pozycja 3

Prosimy o podanie czy chodzi o kabel z wyjściem nowego czy starego typu?



Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść

Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 26, z zapisu:

3.	Dren łączący NIPC dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, rozm 3,7m
----	--

Na zapis:

3.	Dren łączący NIPC dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, rozm 3,7m, kabel z wyjściem starego typu
----	---

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 27 – dotyczy pakietu 50, pozycja 1,2,3

Prosimy o osobne wyspecyfikowanie czujników typu LNCS i wydzielenie ich do oddzielnego zadania

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28 – dotyczy pakietu 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych w rozmiarze 33-47 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść

Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, z zapisu:

2.	Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze > 35 cm , kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY,
----	---

Na zapis:

2.	Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze > 33 cm , kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY,
----	---

Pytanie 29 - dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30 - dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik puls oksymetru do monitora całościowy o długości 3 m?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ - tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 2, z zapisu:

1.	Czujnik pulsoksymetru do monitora CARDIOCAP 5 firmy DATEX, w komplecie z klipsem na palec dla dorosłych i przedłużką 2-3m lub 3,3 m. (klips i kabel rozłącznie)
----	---

Na zapis:

1.	Czujnik pulsoksymetru do monitora CARDIOCAP 5 firmy DATEX, z klipsem na palec z kablem przedłużką o długości 2,5-3,3 m. Klips i kabel w całości lub rozłącznie.
----	---

Pytanie 31 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści czujnik puls oksymetru do monitora całościowy o długości 3 m?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 32.

Pytanie 32 - dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści czujnik (0,9m) z przedłużką (3m)?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ - tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 4, z zapisu:

1	Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX, w komplecie z klipsem na palec i przedłużką 2-3m lub 3,3 m klips i przedłużka rozłącznie)
---	--

Na zapis:

1.	Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX – klips na palec z kablem przedłużką w całości o długości 2,5 – 3,3 m lub klips i kabel rozłącznie – dł. czujnika do 90 cm, dł przedłużki do 3 m. Czujnik zakończony wtykiem do aparatu Oxypleth
----	---

Pytanie 33 - dotyczy pakietu nr 11 poz. 5, 6

Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ - tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 11, z zapisu:

5.	Kabel połączeniowy pomiędzy analizatorem gazów SCIO, a monitorem Infinity Delta firmy Dräger
----	--

6.	Kabel EKG 6- odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym – 6-cio pinowe, pin pojedynczy
----	---

Na zapis:

5.	Kabel połączeniowy pomiędzy analizatorem gazów SCIO, a monitorem Infinity Delta firmy Dräger o nr katalogowym 6871581 lub równoważne
6.	Kabel EKG 6- odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym – 6-cio pinowe, pin pojedynczy, o nr katalogowym MS14683 lub równoważne

Pytanie 34 - dotyczy pakietu nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 102 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 35 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w w/w pozycji łyżek z wymiennym światłowodem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w w/w pozycji samej rękojeści pediatrycznej (bez łyżek).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37 - dotyczy pakietu nr 20

Zgodnie z obowiązującą ustawą PZP (art. 29. ust. 3), prosimy o dodanie w w/w pakiecie wyrazów „lub równoważny”.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 20, z zapisu:

1.	Sensor tlenowy do: - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS, - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro, - respiratora Evita Dura 2, - respiratora Evita XL, - respiratora Babylog 8000 firmy Dräger ORYGINAŁ
----	---

Na zapis:

1.	Sensor tlenowy do: - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS, - aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro, - respiratora Evita Dura 2, - respiratora Evita XL, - respiratora Babylog 8000 firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z aparaturą firmy Dräger
----	--

Pytanie 38 - dotyczy pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści bezpośredni czujnik o długości 3m?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 29, z zapisu:

1.	Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem/przedłużką i adaptera/ przedłużką min. 2 m do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
2.	Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem przedłużką i adaptera / przedłużką min. 2 m, do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki klips na palec dla dorosłych

Na zapis:

1.	Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem min 2 m w całości lub rozłącznie do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
2.	Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem min 2 m w całości lub rozłącznie do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN,

Pytanie 39 - dotyczy pakietu nr 40 poz. 1, 3, 5, 6

Prosimy o podanie technologii, w jakiej mają być wykonane w/w czujniki (co pozwoli na złożenie ofert zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego), gdyż obecny opis jest niejednoznaczny.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu 23.

Pytanie 40 - dotyczy pakietu nr 41 poz. 4

Zgodnie z obowiązującą ustawą PZP (art. 29. ust. 3), prosimy o dodanie w w/w pakiecie wyrazów „lub równoważny”. Zamawiający korzysta obecnie z powodzeniem z rozwiązania równoważnego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 41, dodając kolejny punkt pod tabelą:

2. W pozycja 4 - przewody oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego.

Pytanie 41 - dotyczy pakietu nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mankiety NIPC w rozmiarach 15-22 cm, 17-25 cm, 24-32 cm, 32- 42 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42 - dotyczy pakietu nr 43 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 3m?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43 - dotyczy pakietu nr 47 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarze 25-35 cm/45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 47, z zapisu:

2.	Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm (+ - 1cm) lub 25,3 - 34,3 cm, złącze z przewodem jednobagnetowym
----	---

Na zapis:

2.	Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY
----	--

DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm (+ - 2cm) lub 25,3 – 34,3 cm, lub 25-35cm/45 cm złącze z przewodem jednobagnetowym

Pytanie 44 - dotyczy pakietu nr 47 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,4 m?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45 - dotyczy pakietu nr 49 poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46 - dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Pakiet 1 - Mankiety do pomiaru ciśnienia

Ad. Pkt.1 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy mankiety amerykańskiego producenta w rozmiarze 23-33cm?

3. Jakiego rodzaju połączenia między mankietem a kablem NIBP oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47 - dotyczy pakietu nr 5

Pakiet 5 - Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I

1. Jako autoryzowany dystrybutor akcesoriów firmy Masimo zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wydzieli z pakietu nr 5 pozycje nr 3, 4, 6 i 7 i utworzy z nich osobny pakiet? Umożliwi to złożenie korzystnej cenowo oferty a Zamawiającemu zagwarantuje konkurencyjność ofert. Koszt zakupu w/w czujników od firm trzecich jest często znacząco wyższy niż u dystrybutora.

2. Z uwagi na zaprzestanie produkcji (od 01.01.2017) przez firmę Masimo czujników z połączeniem LNOP i zastąpienie ich nowym, trwalszym, zabezpieczonym przed zalaniem połączeniem RD, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy oczekuje zaoferowania połączenia typu RD?

3. Czy w pozycjach 3, 4, 6 i 7 Zamawiający oczekuje oryginalnych czujników pracujących w technologii Masimo SET?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48 - dotyczy pakietu nr 7

Pakiet 7 - Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO₂ do pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnych czujników pracujących w technologii Masimo SET (poz.1 i 2) i Masimo SET Rainbow (poz.3)?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 7, z zapisu:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO ₂ do pulsoksymetru RAD9 2 firmy MASIMO
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO ₂ do pulsoksymetru RAD9 2 firmy MASIMO
3.	Wielorazowy czujnik saturacji Rainbow – Masimo SET DCI – dc 12 do pomiaru min. SpCO oraz Sp Med. do pulsoksymetru RADICAL - 7

Na zapis:

1.	Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO ₂ do pulsoksymetru RAD9 2 firmy MASIMO,
2.	Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO ₂ do pulsoksymetru RAD9 2 firmy MASIMO,
3.	Wielorazowy czujnik saturacji Rainbow – Masimo SET DCI – dc 12 do pomiaru min. SpCO oraz Sp Med. do pulsoksymetru RADICAL – 7, czujniki oryginalne lub równoważne pracujące w technologii Masimo SET Rainbow

Pytanie 49 - dotyczy pakietu nr 26 poz 1

Pakiet 26 - Kable EKG 6

1. Jako wieloletni, autoryzowany dystrybutor akcesoriów firmy GE Healthcare w tym monitorów Cardiacap i Dash3000 zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w pozycji nr 1:
- dopuści oryginalny kabel połączeniowy o długości 3m oraz odprowadzenia o długości 74cm?
- czy Zamawiający wymaga zestawu 3 (trzech) czy 5 (pięciu) odprowadzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 26, z zapisu:

1.	Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 95 cm - 130 cm. Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
----	---

Na zapis:

1.	Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 74 cm - 130 cm. Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
----	---

Pozostałe zapisy SIWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 50 - dotyczy Wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 2 Formularz Oferty pakietów, które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą usunąć z załącznika nr 2 do SIWZ , tj. z Formularza oferty te pakiety w części **B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA**, na które nie składają oferty.

Pytanie 51 - dotyczy Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z dostaw w trybie pilnym.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 4 do SIWZ – tj. Wzoru umowy w § 4, z zapisu:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie **do 3 dni** roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail
2. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu technicznego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego – magazyn elektroniki medycznej, w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
4. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do magazynu elektroniki medycznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 3 dni,
- wad jakościowych w ciągu 7 dni

od dnia jej otrzymania pod nr telefonu lub pod nr faksu Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym. Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy." Termin 7 dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego, wadliwego towaru.

6. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym w terminie do min. 12 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.

7. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:

- a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz mieć umieszczony znak CE oraz nr serii (dotyczy wszystkich pakietów),
- b) wyroby muszą mieć określony termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeśli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny;
- c) termin ważności wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego (dotyczy pakietów nr: 18 (pozycja 2), 24 (pozycja 3,4,6,7,8,10), 25, 34, 36, 37, 38 (pozycja 1), 42, 43 (pozycja 1, 2), 46 (pozycja 1), 47 (pozycja 2), 49 (pozycja 3), 50 9pozycja 1-3), 55.
- d) termin gwarancji wyrobów minimum 6 miesięcy (dotyczy pakietów nr: 1-17, 18 (1, 3-10), 19-23, 24 (pozycja 1,2,5,9), 26-33, 35, 38 (pozycja 2), 39-41, 43 (pozycja 3-5), 44-45, 47 (pozycja 1-3), 48, 49 (pozycja 1-2), 50 (pozycja 4), 51-65,
- e) dostawy wyrobów wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn elektroniki medycznej Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania (wszystkie pakiety),
- f) wyroby muszą być zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika (dotyczy wszystkich pakietów).

8. Wykonawca dostarcza instrukcje obsługi, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, pakowania, sterylizacji (w przypadku wyrobów określonych w pkt 7 lit. d) przy pierwszej dostawie danego asortymentu oraz dostarcza w czasie trwania umowy te instrukcje, w których treści nastąpiły zmiany.

9. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.

10. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową

Na zapis:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy według częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie **do 3 dni** roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail

2. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu technicznego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego - magazyn elektroniki medycznej, w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.

4. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do magazynu elektroniki medycznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 3 dni,
- wad jakościowych w ciągu 7 dni

od dnia jej otrzymania pod nr telefonu lub pod nr faksu Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym. Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy." Termin 7 dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego, wadliwego towaru.

6. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:

- a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz mieć umieszczony znak CE oraz nr serii (dotyczy wszystkich pakietów),
- b) wyroby muszą mieć określony termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeśli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny;
- c) termin ważności wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego (dotyczy pakietów nr: 18 (pozycja 2), 24 (pozycja 3,4,6,7,8,10), 25, 34, 36, 37, 38 (pozycja 1), 42, 43 (pozycja 1, 2), 46 (pozycja 1), 47 (pozycja 2), 49 (pozycja 3), 50 9pozycja 1-3), 55.
- d) termin gwarancji wyrobów minimum 6 miesięcy (dotyczy pakietów nr: 1-17, 18 (1, 3-10), 19-23, 24 (pozycja 1,2,5,9), 26-33, 35, 38 (pozycja 2), 39-41, 43 (pozycja 3-5), 44-45, 47 (pozycja 1-3), 48, 49 (pozycja 1-2), 50 (pozycja 4), 51-65,
- e) dostawy wyrobów wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn elektroniki medycznej Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania (wszystkie pakiety),
- f) wyroby muszą być zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika (dotyczy wszystkich pakietów).

7. Wykonawca dostarcza instrukcje obsługi, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, pakowania, sterylizacji (w przypadku wyrobów określonych w pkt 7 lit. d) przy pierwszej dostawie danego asortymentu oraz dostarcza w czasie trwania umowy te instrukcje, w których treści nastąpiły zmiany.

8. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.

9. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową

oraz zapis w § 8 pkt 1 Wzoru umowy z zapisu:

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- b) w wysokości 5% wartości brutto dostawy w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z zamówieniem;
- c) w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu;
- d) w wysokości 2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu depozytu;
- e) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;

f) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto.

Na zapis:

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- b) w wysokości 5% wartości brutto dostawy w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z zamówieniem;
- c) w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu;
- d) w wysokości 2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu depozytu;
- e) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 9 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
- f) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto.

Pytanie 52 - dotyczy Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 3 poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „Zamawiający oświadcza, że wartość niewykorzystania nie przekroczy 20% wartości umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 53 - dotyczy Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 6 i 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 54 - dotyczy Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 8 i 9.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współzycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 55 - dotyczy Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do §4 ust.10 następującego sformułowania: „Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 14 dni”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 56 - dotyczy Wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust.1 wzoru umowy w następujący sposób: „Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- a) w wysokości 8 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b) w wysokości 1% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości oraz towary nie posiadające deklarowanych właściwości
- c) w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy realizowanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy.
- d) - wykreślony
- e) - wykreślony”

Ostatni podpunkt stawia Wykonawcę w bardzo złej sytuacji, gdyż każde rozwiązanie umowy (nawet z winy Zamawiającego) spowoduje naliczenie kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 57 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla dla dorosłych w rozmiarze 250 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 18, z zapisu

6	Kleszczyki Magilla dla dorosłych
---	----------------------------------

Na zapis:

6	Kleszczyki Magilla dla dorosłych, rozmiar 200-250 mm
---	--

Pytanie 58 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 7

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla dla dzieci w rozmiarze 200 mm?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie 59 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 7

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla dla dzieci w rozmiarze 150 mm?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia poniższe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

a) **Rozdział 6. z zapisu:**

6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

a) **Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ.** Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie** przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.2. Do oferty w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP należy złożyć:

- a) prospekty, katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące wszystkich zaoferowanych pozycji w pakiecie (należy opisać nr pakietu i pozycji) – potwierdzające wymagane przez zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaszczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
- b) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP – **według załącznika nr 6.**

6.3. Na podstawie art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwe Wykonawcę**, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym **niż 5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
 - a) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji z sesji otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 - b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.6. Forma składanych dokumentów:

- a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale.
- b) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

d) Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

g) Złożone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

Na zapis:

6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie własne Wykonawcy). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

6.2. Do oferty w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP należy złożyć:

a) prospekty, katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące wszystkich zaoferowanych pozycji w pakiecie (należy opisać nr pakietu i pozycji) – potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące oświadczenia i dokumenty:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji z sesji otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

6.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych zakresie ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy zakresie dnia 17 lutego 2005 r. zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6.5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6.6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.7. Forma składanych dokumentów:

- a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale.
- b) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem.
- c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- d) Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
- e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
- g) Złożone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczony przez odpowiedni podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

b) **Pkt 7.1. z zapisu:**

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) wypełniony **Formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
- 2) **Oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 i nr 4 do SIWZ** - dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
- 3) Wypełniony **Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)**, stanowiący wartości realizacji zadania.
- 4) **Pełnomocnictwo** - zgodnie z pkt. 7.3. niniejszej SIWZ

Na zapis:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) wypełniony **Formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ**, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
- 2) **Oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 do SIWZ** - dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
- 3) Wypełniony **Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)**, stanowiący wartości realizacji zadania.
- 4) Dokumenty przedmiotowe, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ.
- 5) **Pełnomocnictwo** - zgodnie z pkt. 7.3. niniejszej SIWZ.

c) **Lista załączników do SIWZ z zapisu:**

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania oraz o potwierdzeniu gotowości do ich udostępniania

Na zapis:

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie własne Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

W związku z powyższym, Zamawiający likwiduje następujące załączniki:

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania oraz o potwierdzeniu gotowości do ich udostępniania;

i wprowadza nowy załącznik, tj.:

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie własne Wykonawcy

d) pkt C - „Oświadczenia” w Formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ z zapisu:

- 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
- 2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 5) następujące części zamówienia powierzymy wskazanym **Podwykonawcom** (wypełnić tylko jeżeli dotyczy):

Lp	Firma Podwykonawcy	Nazwa części zamówienia

6) informuję, że wybór naszej oferty **będzie/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:

.....

Ich wartość bez kwoty podatku:

UWAGA:

Obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- *wewnątrzspółnotowe nabycie towarów,*
- *import usług lub towarów,*
- *mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT*

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać zgodnie z tymi przepisami).

***) niepotrzebne skreślić**

Na zapis:

1) oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;

3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

6) Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym **Podwykonawcom** (wypełnić tylko jeżeli dotyczy):

Lp.	Firma Podwykonawcy	Nazwa części zamówienia

7) Informuję, że wybór naszej oferty **będzie/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:

.....

Ich wartość bez kwoty podatku:

* **Niepotrzebne skreślić**

UWAGA: obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzspółnotowe nabycie towarów,
- import usług lub towarów,
- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać zgodnie z tymi przepisami).

e) pkt. 3.5 z zapisu:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Na zapis:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety **oraz ofert równoważnych.**

f) Rozdział 18 SIWZ z zapisu:

Wzór umowy, stanowi **Załącznik nr 5** do SIWZ

Na zapis:

Wzór umowy, stanowi **Załącznik nr 4** do SIWZ

g) pkt. 3.3. z zapisu:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 5** do SIWZ.

Na zapis:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 4** do SIWZ.

Ponadto, w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy Pzp zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z tym, zmianie ulegają następujące zapisy:

a) w pkt 7.10 SIWZ z zapisu:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-1.17 - Pakiet nr.....”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.01. 2017 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Na zapis:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-1.17 - Pakiet nr.....”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.01. 2017 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

b) w pkt 15.1 SIWZ z zapisu:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 20.01.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.

Na zapis:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia **26.01.17 r.**, do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.

c) w pkt 15.4. SIWZ z zapisu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu 20.01.17 r., o godzinie 10:30.

Na zapis:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu 26.01.17 r., o godzinie 10:30.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach z dnia 18.01.17 r. w zakresie pakietów nr : 29,40,1,2,4,7,9,18,20,26,30,35,43,47,60,11,41,
- Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy po zmianach z dnia 18.01.17 r.
- SIWZ – po zmianach z dnia 18.01.17
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie własne Wykonawcy – z dnia 18.01.17 r.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w
Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-
mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

