

Jastrzębie – Zdrój, 21 sierpnia 2020r.

**Do wszystkich uczestników
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - powtórzenie”** (BZP.38.383-27.20).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2019 z dnia 20.12.2019r., Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium „Cena” - 100%

<p><u>Pakiet nr 2 – Sondy moczowodowe</u></p> <p>Balton Sp. z o. o. Ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa</p> <p>wartość netto: 9.750,00 PLN, wartość brutto: 10.530,00 PLN</p>
<p><u>Pakiet nr 3 – Cewniki i akcesoria do urodynamiki kompatybilne z aparatem Goby Tm firmy Labori6</u></p> <p>Meden – Inmed Sp. z o. o. Ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin</p> <p>wartość netto: 1.379,70 PLN, wartość brutto: 1.490,08 PLN</p>
<p><u>Pakiet nr 8 – Mankiety do ucisku sekwencyjnego</u></p> <p>PHU Anmar Sp. z o. o. Sp. k Ul. Strefowa 23, 43-100 Tychy</p> <p>wartość netto: 25.920,00 PLN, wartość brutto: 28.233,60 PLN</p>
<p><u>Pakiet nr 9 – Elektroda naturalna</u></p> <p>Erbe Polska Sp. z o. o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok 2,8, 02-972 Warszawa</p> <p>wartość netto: 14.550,00 PLN, wartość brutto: 15.714,00 PLN</p>

Dodatkowo, Zamawiający w w/w postępowaniu odrzuca w pakiecie nr 5 ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PHU Anmar Sp. z o. o. Sp. k
Ul. Strefowa 23
43-100 Tychy

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający na podstawie § 22 ust. 18 lit. a) obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, odrzuca ofertę Wykonawcy w pakiecie nr 5, ponieważ jej treść nie odpowiada treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający wymagał w pakiecie nr 5 uniwersalny uchwyt montowania ramp kraników typu rampa, montowany do stojaka z prowadnicą na linijkę do pomiaru OCZ, który jest wielorazowy, natomiast Wykonawca zaoferował uchwyt jednorazowy.

Ponadto Zamawiający, informuje, że na podstawie § 22 ust. 33 obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, unieważnia postępowanie w pakietach nr 1, 4, 5, 6 i 7 z powodu braku ważnych ofert.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, Zamawiający podpisze w terminie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 236/2019 z dnia 20.12.2019r. Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Z poważaniem