

Jastrzębie – Zdrój, 08 lutego 2018 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 euro na: „**Dostawy wkładów do strzykawk automatycznych dla Pracowni Badań Naczyniowych**”- powtórka (BZP.38.383-6.18).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r., Zamawiający **wybrał oferty najkorzystniejsze** na podstawie kryterium „Cena” - 100%

<p><u>Pakiet nr 1 – Wkłady do strzykawki automatycznej</u> CZM CEZAL S.A. Wrocław Ul. Widna 4, 50-543 Wrocław</p> <p>wartość netto: 84.184,10 PLN, wartość brutto: 90.918,83 PLN</p>
<p><u>Pakiet nr 2 – Dreny</u> NTM-MED. s.c. Ul. Wyszyńskiego 154b/1, 66-400 Gorzów Wlkp.</p> <p>wartość netto: 12.075,00 PLN, wartość brutto: 13.041,00 PLN</p>

Jednocześnie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. **odrzuca ofertę:**

NTM-MED. s.c.

Ul. Wyszyńskiego 145b/1

66-400 Gorzów Wlkp.

w pakiecie nr 1 – Wkłady do strzykawki automatycznej

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16a w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy w powyższym pakiecie, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapisów Formularza oferty;

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:

Wykonawca złożył ofertę w pakiecie nr 1 na asortyment o numerze katalogowym: WEGO/DSA-150B-LF, który nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz producenta.

Zaoferowane wkłady z powodu obowiązującej gwarancji Angiomatu, mają być oryginalne, wskazane przez producenta. Wkłady WEGO/DSA-150B-LF nie znajdują się wśród wskazanych przez producenta.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, Zamawiający podpisze w terminie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl