

BZP/38/382-27/15

Jastrzębie-Zdrój, 29.07.2015r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia BZP/38/382-27/15

SPROSTOWANIE z dnia 29.07.2015 r.  
DO  
WYJAŚNIENÍ TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ  
ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 28.07.2015r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

- w WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANIE TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 28.07.2015r. BYŁO:

Pytanie nr 84

Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 187a : „DICOM 3.0- DICOM WORKLIST”

Czy Zamawiający usunie ten punkt ze specyfikacji?

Umożliwi to naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu.

Uzasadnienie: Konsola lekarska nie służy do rejestracji pacjenta do badania, dlatego funkcja DICOM WORKLIST jest domeną stacji technika, która jest zintegrowana z RIS i HIS. Jest to opcja niedostępna na konsolach lekarskich.

Ponadto pragniemy zauważyć, iż wymagania odnośnie pracy w sieci stacji lekarskiej powtórzone są w punktach 186-190 oraz 216-220.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

POWINNO BYĆ:

Pytanie nr 84

Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 187a : „DICOM 3.0- DICOM WORKLIST”

Czy Zamawiający usunie ten punkt ze specyfikacji?

Umożliwi to naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu.

Uzasadnienie: Konsola lekarska nie służy do rejestracji pacjenta do badania, dlatego funkcja DICOM WORKLIST jest domeną stacji technika, która jest zintegrowana z RIS i HIS. Jest to opcja niedostępna na konsolach lekarskich.

Ponadto pragniemy zauważyć, iż wymagania odnośnie pracy w sieci stacji lekarskiej powtórzone są w punktach 186-190 oraz 216-220.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Usuwa pkt. nr 187a w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ), który był o następującej treści:

187a	DICOM 3.0- DICOM WORKLIST	tak	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert: PARAMETRY TECHNICZNE
------	---------------------------	-----	--

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w Zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) w następujący sposób:

zmienia numerację pozycji LP. na prawidłową, a mianowicie zmienia się numeracja z LP. od 1 do 263 na LP. od 1 do 259.

W związku z powyższym, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 29.07.2015 r.;

Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, [www.wss2.pl](http://www.wss2.pl)