

BZP.38.382-21.19.18

Jastrzębie – Zdrój, 23.07.2018r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej (BZP.38.382-21.18).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 23.07.2018r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 25 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści płytki rekonstrukcyjne proste o grubości 2.8 mm? Reszta wymogów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 25 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera w zakresie długości 150 - 380 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 25 poz. 3:


Czy Zamawiający dopuści druty Kirschnera w zakresie długości 150 - 310 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 25 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści grot Steinmanna z gwintem na końcu, tj. niżej?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 25 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści Grot Steinmanna z gwintem centralnym o długości 200 mm - 250 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 25 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści Grot Steinmanna z gwintem centralnym o długości 200 mm - 300 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 25:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium lub czy Zamawiający wyszczególni, jakie dokładnie narzędzia wymaga?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 24 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętu do kości korowej o średnicy 4,5 mm; samogwintującego; rozmiar: 12 - 74 mm, gniazdo sześciokątne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 24 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętu do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm; samogwintującego; rozmiar: 40 - 120 mm, o dł. gwintu 32 mm, gniazdo sześciokątne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 24 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętu do kości korowej o średnicy 3,5 mm; samogwintującego; rozmiar: 10 - 50 mm, gniazdo sześciokątne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 24 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętu do kości drobnych o średnicy 3,5 mm x 1,25 mm; samogwintującego; rozmiar: 10 - 50 mm gniazdo sześciokątne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 24 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętu kaniulowanego o średnicy 7 mm, samogwintującego; rozmiar 20 - 75 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 24 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętu kaniulowanego o średnicy 4,5 mm; samogwintującego, rozmiar: 10 - 60 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 24 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętu do kości drobnych o średnicy 2 mm; długości od 6 - 20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 25 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie płytki rekonstrukcyjne proste, grubości 2,80 mm, do wkrętów 3,5 od 5 do 12 otworów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 25 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Drutu Kirschnera o średnicy 0,8 - 3 mm; długość 150-380 mm; lub długość 150 - 310 zakończenie typu trójgraniec lub lancet?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 25 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Grot Steimana o średnicy 4,5 mm i długości 200, 225 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 25 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Grot Steimana gwintowany w środku o średnicy 4,5 mm i długości 225 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 25 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Grot Steimana o średnicy 4 mm i długości 120 - 200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 15 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie osobnego pakietu dla pozycji nr 4 w celu uzyskania korzystnej oferty produktowo - cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 9:

Czy zamawiający dopuści bez zachowania wymagań pierwotnych SIWZ, produkt o poniższych parametrach?

Panewka bipolarna metalowo – polietylenowa średnicy zewnętrznej 40 -60 mm.

Trzpień cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany z CoCr, matowy, eliptyczny w przekroju, z bocznymi wklęsłościami, zapewniającymi stabilizację antyrotacyjną, zaopatrzone w centralizer. Dostępny w 6 rozmiarach w dwóch kątach CCD, mniejsze trzy rozmiary 137,5 stopnia, trzy większe rozmiary 140 stopni. Zakres długości trzpieni od 120 do 150mm. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14 lub Trzpień cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany ze stali, polerowany na całej długości, owalny w przekroju z centralizerem. Dostępny w 5 rozmiarach oraz granicznych długościach od 115 do 155mm ze skokiem, co 10mm. Kat CCD 135 stopni dla każdego rozmiaru. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14.

Głowa metalowa średnicy 28 mm i 32 mm w minimum 4 długościach szyjki lub zamiennie głowa ceramiczna w rozmiarach 28 mm i 32 mm.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 3:

Czy w Pakiecie 3 Zamawiający dopuści również endoprotezę modułową głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm. Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 5:

Czy w Pakiecie 5 Zamawiający dopuści również zestaw do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłaniającym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści? (zał.)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dot. wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę w zakresie zapisów § 3 ust. 5 poprzez umożliwienie udzielenia pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego. Zrzeczenie się przez Wykonawcę prawa do reprezentowania go w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika jest w naszej ocenie niezgodne z prawem i nieważne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 7, 8:

7. W razie naruszenia obowiązku opisane wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości **0,5 %** od ceny ~~ogółem~~ wskazanej jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, **w zakresie jej niezrealizowanej części**, w za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości **0,5 %** od ceny ~~ogółem~~ wskazanej jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, **w zakresie jej niezrealizowanej części**, w za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

oraz § 9 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- a. w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- b. w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować przedmiot zamówienia o złej jakości, przedmiot zamówienia nie posiadający deklarowanych właściwości oraz przedmiot z w ilości niezgodnej z zamówieniem;
- c. w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy **niedostarczonej w terminie**, jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w uzupełnieniu depozytu**;
- d. w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 9 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto;
- e. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 9 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5 ust. 1).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w taki sposób, że usuwa pozycję 4 w pakiecie nr 15 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ tj. zmienia zapisy z:

PAKIET NR 15 - ŚRUBY KOMPRESYJNE DO ZESPALANIA ZŁAMANEJ KOŚCI ŁÓDECZKOWATEJ ORAZ DO ARTRODEZY STAWÓW STOPY

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1.	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 28 mm	szt.	2					
2.	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 34 mm	szt.	60					
3.	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 4,5 mm i długościach od 35 do 50 mm.	szt.	10					
4.	Gwoździe śródspikowe tytanowe, elastyczny do implantacji przynasadowych	szt.	2					
RAZEM								

na:

PAKIET NR 15 - ŚRUBY KOMPRESYJNE DO ZESPALANIA ZŁAMANEJ KOŚCI ŁÓDECZKOWATEJ ORAZ DO ARTRODEZY STAWÓW STOPY

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1.	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 28 mm	szt.	2					
2.	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 34 mm	szt.	60					
3.	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 4,5 mm i długościach od 35 do 50 mm.	szt.	10					
RAZEM								

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 15 - Śruby kompresyjne do zespalania złamanej kości łódeczkowatej oraz do artrodezy stawów stopy) po zmianach z dnia 23.07.2018r.

Pozostała treść SIWZ oraz załączniki do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem